



1.AMAÇ: Ameliyat ve sonrası oluşabilecek aksaklıkları engellemek, ameliyat sirkülasyonunu hızlandırmak.

2.SORUMLU: Ameliyathane sorumlu doktoru ve hemşiresi

3.UYGULAMA:

3.1 Bir önceki ameliyattan sonra odanın temizlenmiş olduğu kontrol edilecek.

3.2 Anestezi cihazının -ekipmanlarının hazır olduğu listeden kontrol edilecek.

3.3 Ameliyat masasının ve ışıklarının çalışır durumda olması kontrol edilecek.

3.4 Yapılacak olan ameliyatta kullanılacak cerrahi alet setinin Sterilizasyonlarının tam yapıldığı ve eksik olduğu kontrol edilecek.

3.5 Kullanılacak sarf malzemenin istenen sayıda olduğu listeden kontrol edilecek.

3.6 Koter cihazının, aspirörü vb. yardımcı aletlerin çalışır durumda olduğu kontrol edilecek.

3.7 Hastanın uygun şartlarda operasyona girdiği gözlenecek.

3.8 Hastanın X-Ray filmleri varsa tomografi negatoskopda hazır bulundurulacak.

3.9 Tahmini ameliyat süresi cerrahtan öğrenilecek ve olası doğabilecek eksiklikler için hazır olacak.

3.10 Hasta masaya alındıktan sonra genel anesteziyi takiben cerrahın isteği doğrultusunda hastaya uygun pozisyon verildiği kontrol edilecek.

3.11 Ameliyathaneyi anestezi hazırlık kontrol formu ile kontrol et.

3.12 Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilgili cerraha haber verilecek.