

**UYGULUMA ALANI SORUMLULUKLARI**

Çalışma Alanı: Hazırlayan: İmza:

**MALZEME ADI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ**

**Malzeme Adı:** Tıbbi Alet Endoskoplar İçin Konsantre Enzimatik Temizleyici Dezenfektan  
**Kimyasal Adı/ İçeriği:** Benzalkonyum Klorür Renk:  
**Renksiz Fiziksel Durumu:** Berrak, homojen likit

C: Yakıcıdır. N: Çevre için tehlikelidir. Xn: sağlığa zararlı madde Xi: Tahriş edici madde F:Alev alabilen madde

Cas-No	İsim	[%]	Sınıflandırma
9000-90-2	Amilaz	0, 5	Xn;R- 42, S-22-24-36/37
9001-62-1	Lipaz	0, 5	Xn;R- 42, S-22-24-36/37
9048-46-8	Proteaz	0, 5	Xn;R- 42, S-22-24-36/37
63449-41-2	Benzalkonyum Klorür	1, 2	C;R 21/22-34 N; R 50

**İNSAN VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKELER**

**R-11 Kolay alevlenebilir. R-22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. R-34 Yanıklara neden olur. R-36 Gözleri tahriş eder R-50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. R-67 Buharları uyusukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.**

**ÖNLEMLER VE DAVRANIŞ KURALLARI**

Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri:

Gıda maddelerinden, içeceklerden uzak tutunuz. Kirlenmiş sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Bu ürünü tuttuktan sonra hemen ve işyerinizden ayrılmadan önce bir kez daha ellerinizi daima yıkayınız.

S-26 Gözlerle temas edildiği takdirde hemen suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.

S-36/37/39 iş esnasında uygun koruma elbisesi, koruma eldiveni ve koruma gözlüğü/yüz maskesi takın.

S-45 Kaza veya rahatsızlık durumunda hemen doktora başvurun. (mümkünse ürün etiketini gösterin)

**TEHLİKE DURUMUNDA HAREKET TARZI**

**Uygun yangın söndürme araçları:** Ürün yanıcı değildir, yangın söndürme aktiviteleri çevreye bağlı belirlenir.

**Güvenlik açısından uygun olmayan yangın söndürücüler:** Kuvvetli su püskürtülmesi.

Maddenin yanma ürünleri veya çıkan gazlardan kaynaklanan zararları: Yangın, Klor bileşikleri Karbonmonoksit (CO), Karbondioksit (CO2) ve nitrojen oksitler (NOx) üretebilir.

Yangın ile mücadele edenler için gerekli özel koruyucu ekipman: Bağımsız hava deposu olan solunum maskesi takın.

**İLK YARDIM**

**Göz Teması durumunda:** Hemen göz kapakları dâhil bol suyla yıkayın. Göz doktoruna başvurun.

**Yutulması durumunda:** Kusturmayın, Doktora başvurun. Kusturma esnasında-köpük yapan maddeler nedeniyle boğulma riskine dikkat edin. Ağzı çalkalayın. Birkaç bardak su içirin. Kusturup kusturmama konusundaki karar doktor tarafından verilmelidir.

**Solunması durumunda:** Buharının veya aerosol maddelerinin kazara solunması durumunda açık havaya çıkarın. Semptomların oluşması durumunda doktora başvurun.

**Cilt Teması durumunda:** Hemen sabun ve bol suyla yıkayın. Cilt tahrişi meydana gelirse doktora başvurun. Ürün bulaşmış, ıslanmış elbiseleri hemen çıkarın. Rahatsızlık durumunda doktora başvurun.

**DEPOLAMA VE BERTAFAR ŞARTLARI**

**Depolama:** Ambalajları sıkı kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılan bir yerde tutunuz. 5°C ve 40°C arasında ki sıcaklıklarda tutunuz. Bir arada depolamalarda oksidasyon maddeleri ile uyumsuzdur. Dökülmesi durumunda temizleme: Sıvı bağlayıcı malzeme (mesela kum, silika jel, asit bağlayıcı maddeler, çok amaçlı bağlayıcılar) ile emdiriniz.

**Bertaraf Şartları:** Ambalaj için tavsiyeler: Boş ambalajlar geri dönüşüme, geri kazanıma veya atık bertarafına gönderilmelidir.

**EĞİTİM**

Çalışanlar işe başlarken ve daha sonra yılda bir kez olmak üzere işbaşında sözlü olarak bilgilendirilmelidir.

**TALİMATLARA UYULMAMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEM**

Kullanma talimatına uyulmaması durumunda meydana gelebilecek iş kazası/hasar durumunda disiplin cezası uygulanır.