



SIRA	KÜNYE	CİHAZ ADI	MARKA/MODEL	YAPILAN BAKIMLAR (Cihaz için kullanıcı bakımı yeterli ise bakım gerekmez kutucuğu işaretlenmelidir.)								
					Kalibrasyon	Hastane Teknik Servisi		Cihaz Yetkili Servisi				
1	1007690839 (MTA 12/15 10.12.13)	RÖNTGEN ÇEKİM CİHAZI	DRS/ HILIGHT 100 DR	PERYOT	Yılda 1 kez	Yılda .. Kez	Teknik bakım gerekmez		Yılda .. Kez	Yetkili bakım gerekmez		
				Planlanan Tarihler								
				Gelen Tarihler								
				PERYOT	Yılda 1 kez	Yılda .. Kez	Teknik bakım gerekmez		Yılda .. Kez	Yetkili bakım gerekmez		
				Planlanan Tarihler								
				Gelen Tarihler								
				PERYOT	Yılda 1 kez	Yılda .. Kez	Teknik bakım gerekmez		Yılda .. Kez	Yetkili bakım gerekmez		
				Planlanan Tarihler								
				Gelen Tarihler								
				PERYOT	Yılda 1 kez	Yılda .. Kez	Teknik bakım gerekmez		Yılda .. Kez	Yetkili bakım gerekmez		
				Planlanan Tarihler								
				Gelen Tarihler								

* Bakım gerekmez kutucuğu cihaz kullanım klavuzuna göre işaretlenebilir ve işaretlenen cihazların kullanıcı tarafından kullanım klavuzuna göre uygun bakımları yapılmalıdır.

** Yağ değişimi, filtre değişimi gibi bakımlar hastane teknik servisi tarafından yapılmaktadır.