



1.AMAÇ : Hastanemiz laboratuvarlarında bulunan tıbbi cihazların envanteri, periyodik bakımları, kalibrasyon süreleri, arızalarının giderilmesi işlemlerinin kurallarını belirlemektir.

2.KAPSAM: Hastanemiz laboratuvarın da kullanılan cihazları kapsar.

3.SORUMLULAR: Laboratuvar sorumlu uzmanı, Laboratuvar Teknisyenleri

4.UYGULAMA: Analizlerin yapılmasına katkısı olan her cihaz için Envanter oluşturulmalıdır.Bu kayıt aşağıdaki asgari bilgileri içermelidir.

- Cihazın adı.
- Markası.
- Modeli.
- Üretim tarihi
- Seri numarası
- Temsilci firma
- Hizmete giriş tarihi. İlaveten,
- Cihazla ilgili kalite ve kalibrasyon raporları, Kullanım kılavuz veya talimatları, vs.

1. Cihazlar; firmanın teknik servis veya aplikasyon elemanları tarafından gerekli eğitimleri verilen, yetkili personel tarafından çalıştırılmalıdır.Bununla ilgili kayıtlar tutulmalı ve cihaz dosyalarında saklanmalıdır.

2. Cihazların güvenli bir şekilde kullanımı için; yetkili teknik servis tarafından kurulmalı. Cihazın bağlandığı elektrik tesisatının standartlara uygunluğu kontrol edilmeli. Topraklı prizler kullanılmalı.

3. Teknik servis elemanı Cihazın Rutin bakım (Günlük, haftalık, aylık, vs) planlarını ve bakım prosedürlerini temin etmelidir.Cihaz kullanıcıları tarafından yapılacak bakımlar için eğitim verilmelidir.

4. Kalibrasyon: Cihaz veya kitlerin kalibrasyon süreleri belirlenmeli. Kalibrasyonların kayıtları tutulmalıdır.

5. İnternal kontrol çalışılması. Günlük bakımların yapılması varsa gerekli kalibrasyonların yapılmasından sonra en az iki seviyeli internal kontrol çalışılmalıdır.

6. Cihazların arıza tespit ve tamiri:Herhangi bir arıza durumunda kullanıcı kendi imkanları ile arızayı gidebilirse çalışmaya devam eder. Kullanıcıyı aşan durumlarda Arıza Bildirim Formu doldurularak Teknik Personel bilgilendirilir.

Firmaya telefon veya faks çekilir.

İlgili Dokümanlar:

- Arıza Bildirim Formu