KURUM:

CİHAZ MARKA-MODEL:

BAKIM AYI:

PERSONEL:

GÜNLÜK BAKIM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Shut Down (Kapanış)	
Start Up (Açılış)	
GEREKTİĞİNDE BAKIM	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sıvı Yolu Başlatma	
Sistem Temizliği	
Açıklık Tıkanması Açılması	
Akış Odasında Kabarcık Giderme	
AYLIK BAKIM	
Voltaj Denetimi	
HGB Voltaj Kontrolü	
İğne Temizleyicisi Temizliği	
İğne Kullanım Sayısı Kontrolü	
3 AYLIK BAKIM	
Aylık Bakımların Kontrolü	
Scatter Diyagram Hassasiyet Kontrolü	
Negatif Basınç Regülatörü Temizliği	
Numune Tüp Merkezleyici Temizliği	

FCD, FCW, FCR, FCA Bölme Temizliği	
Enjektör Kontrolü	
WBC Şişe ve Tubing Temizliği	