1)AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuvarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR: Biyokimya Uzman Doktoru ,Laboratuvar Sorumlusu ve çalışanları

5) SORUMLULAR: Biyokimya Uzman Doktoru ,Laboratuvar Sorumlusu ve çalışanları

6)FAALİYET AKIŞI:

Hasta Çalışması :

- Örnek tüpleri Racklara konulur →Rackları yerleştir→Mavi start tuşuna basılır.
- Otomatik olarak çalışır

Sonuçları Görme :

- Ekran da Joblist'e basılır→Örnek numaralarından hasta sonuçları görülür.

Kontrol Çalışma :

- Kontrol QC Order sayfasından testleri seç→ Mavi start tuşuna basılır.
-

Kontrol sonuçlarının derğerlendirilmesi:

- QC sayfasından testler seçilir ve grafik olarak kontrol sonuçları görülür.
- Westgrad kurallarına göre değerlendirme yapılır.

Kalibrasyon:

- Kalibrasyon sayfasından test seçilir.→ Mavi start tuşuna basılır.

Reaktif ve Solüsyon dolumu:

- Biten reaktifler yenileri ile değiştirilir ve yerlerine konulur.

Reset yapma :

- Sistem Shotdown tuşuna basılır→Bilgisayar kasasından tekrar açılır.

LIS Bağlantısı koparsa:

- LIS bilgisayarında program açılır ve kapatılır

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: