1)AMAÇ: İdrar Analizörünün günlük bakımında nelere dikkat edilmesinin belirlenmesi

2)KAPSAM: Biyokimya laboratuarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Tüm Laboratuvar teknisyenleri

6)FAALİYET AKIŞI:

. **Sampler Temizliği:** Rack'ların cihaz üzerinde hareket ettiği gri bölümler (STM)

destile su ile nemlendirilmiş gazlı bezle temizlenir ve kuru bir gazlı bezle kurulanır.

2. Strip Haznesinin Temizliği :Özel fırça ile striplerin yüklendiği haznede (Feeder)

bulunan tozlar giderilir.(Strip kutusundan çıkan nem tutucular feeder 'a konulmalıdır.

3. Stirip Alt Haznesinin Temizliği: Striplerin strip tepsisine geçtiği bölümdeki tozlar özel fırça ile giderilir.(Cihazın feeder kısmındaki ön-üst-yan kapaklar açılır ve feeder sağ tarafa yatırılarak yapılır.)

4. Atıkve çözelti Kontrolü: Washing Solution ve Lamina çözeltisinin kontrolü

yapılır, stripatık kabı ve atık çözeltilerin kontrolü yapılır.

5. Günlük Kalite Kontrol: CTRL yazılı rack ve buzdolabında bulunan (+2-8 C) IQ Control/ Focus Set kutusu alınır. IQ Control /Focus Set 'in oda ısısına dönmesi

beklenir. Kutuda bulunan Focus +-Control- çözeltilerinin barkodları alınır.Aşağıdaki sıraya göre rack 'a tüpler dizilir ve mikroskobi modülünde çalışma yapılır. CTRL rackı hazırlandıktan sonra mikroskobirack yürütücüsüne konulur ve mikroskobi modülündeki START 'a basılır.

1. Pozisyon Cleanser (Sarı yıkama çözeltisi)-5 ml

2. Pozisyon Diluent- 5 ml

3. Pozisyon Diluent- 5 ml

4. Pozisyon Boş

5. Pozisyon Focus – 5 ml (Focus barkodunu tüpe yapıştırınız ve Focus

Şişesinihızlıca çalkalıyarak focusbarkodlu tüpe aktarınız.

6. Pozisyon Control Positive (+) -3 ml (Control + barkodunu tüpe Yapıştırınız ve Control + şişesini hızlıca çalkalıyarak control + barkodlu tüpe aktarınız.

7. Pozisyon Control Negative(-) – 3 ml (Control – barkodunu tüpe

yapıştırınız ve Control – barkodlu tüpe aktarınız.)

Dikka Çalkalanmaz.

8. Pozisyon Boş

9. Pozisyon Boş

10. Pozisyon Boş

CTRL RACK 'I SADECE GÜNLÜK KONTROL / FOCUS VE YIKAMA AMAÇLI KULLANILMALIDIR. HASTA NUMUNESİ ÇALIŞILMAZ.

NOT: CTRL RACK ‘ I İLE MİKROSKOBİMODÜLÜ STAND BY KONUMUNDA

İKEN YIKAMA YAPILABİLİR. YIKAMA YAPMAK İÇİN CTRL RACK ‘I ALINIR

AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIRLANARAK ÇALIŞILIR.

1. Pozisyon **Cleanser 5 ml**

2. Pozisyon **Diluent 5 ml**

3. Pozisyon **Diluent 5 ml**

1.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

-IRIS I Q 200 İDRAR ANALİZ SİSTEMİ ÇALIŞMA KILAVUZU

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: