SIRA NO	HEDEF	YAPILACAK UYGULAMA	İŞLEM SORUMLUSU	KONTROL KRİTERİ	KABUL KRİTERİ	İLGİLİ DÖKÜMAN
1.0	**RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE KİMLİK TANIMLAM A HAT ALARINI ÖNLEMEK**	Poliklinik hastalarında, film çekiminde ve tesliminde TC. Kimlik numarası ile kimlik doğrulama işlemi yapmak	Radyoloji sekreteri, Radyoloji uzmanı, Radyoloji teknisyeni	Doğru hasta	OLMALI	Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü
		Klinik hastalarında film çekiminde en az üç belirleyicinin kullanılması ve film tesliminde hasta kimlik barkotunun kullanılması ile kimlik doğrulama işlemi yapmak	Radyoloji sekreteri, Radyoloji uzmanı, Radyoloji teknisyeni	Doğru hasta	OLMALI	Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü
2.0	**HAST A VE YAKINLARININ RADYASYONDAN KORUNMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALMAK**	Hasta ve yakınları için radyasyon koruyucuları kullandırmak.	Çekim yapan Radyoloji Teknisyeni/uzm	Radyasyon koruyucuları kullanılır	OLMALI	Radyoloji işleyiş prosedürü
		Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular bulundurmak.	Sorumlu Radyoloji uzmanı/ tekn.	Farklı ebatlarda radyasyon koruyucular	OLMALI	
		Gebe ve gebelik şüphesi olanları radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirmek	Radyoloji uzmanı/ tekn.	Bilgilendirme yazıları	OLMALI	
		Gebe ve gebelik şüphesi olanlarda bebeği koruyucu önlemler almak	Radyoloji uzmanı/ tekn.	Radyasyon koruyucuları kullanılır	OLMALI	
SIRA NO	**HEDEF**	**YAPILACAK UYGULAMA**	**İŞLEM SORUMLUSU**	**KONTROL KRİTERİ**	**KABUL KRİTERİ**	**İLGİLİ DÖKÜMAN**

3.0	**TANI, BAKIM VE TEDAVİ SÜRECİNDE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME BAĞLANTILI HAT ALARI ÖNLEMEK**				OLMALI	
3.1	Bölüme ait cihazların envanter listesinin hazırlanması	Tıbbi cihazların bölüm bazında envanter listesini yapmak ve bölümde bulundurmak.	Sorumlu Radyoloji teknisyeni	Forma ulaşılabilir	OLMALI	Tıbbi cihaz envanter formu
3.2	Cihaz bakım ve kalibrasyon tarihlerini içeren plan hazırlanması	Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulundurmak	Sorumlu Radyoloji teknisyeni	Plan	OLMALI	Tıbbi cihaz bakım ve kontrol planı
3.3	Cihazların bakım tarihinde bakımlarının yapılması	Plan dahilinde cihazların bakımını yaptırmak	Sorumlu Radyoloji teknisyeni	Bakım ve kontrol planı kartı	OLMALI	
3.4	Cihazların kalibrasyon tarihinde kalibrasyonunun yapılması	Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonlarını yaptırmak	Sorumlu Radyoloji teknisyeni	kalibrasyon etiketi	OLMALI	
3.5	Kalibrasyon etiket bilgilerinin tam olmasının sağlamak	Kalibrasyonu yapılan cihazlarda kalibrasyon etiketini bulundurmak. Etikette;Kalibrasyonu yapan firmanın/kalibrasyon laboratuvarının adı, Kalibrasyon tarihi,önerilen kalibrasyon tarihi(geçerlilik süresi), kalibrasyon sertifika numarası Bilgilerini bulundurmak	Sorumlu Radyoloji teknisyeni	Tıbbi cihaz kalibrasyon etiketi	OLMALI	Tıbbi cihaz kalibrasyon etiketi
SIRA NO	**HEDEF**	**YAPILACAK UYGULAMA**	**İŞLEM SORUMLUSU**	**KONTROL KRİTERİ**	**KABUL KRİTERİ**	**İLGİLİ DÖKÜMAN**
4.0	**RİSKLİ GİRİŞİMSEL İŞLEMLER ÖNCESİNDE HAST AYI BİLGİLENDİRMEK VE RIZASI ALM AK.**					

4.1	Riskli girişimsel işlemler öncesinde hastayı bilgilendirmek ve rızası almak.	Riskli girişimsel işlemlerde hastaya yapılacak işlemle ilgili ayrıntılı olarak hastaya bilgi vermek ve onam almak	Hekim	Hasta rızası alınmış	OLMALI	Hasta rıza belgesi