1)AMAÇ: M.R. KANÜL VE SETİ nin en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak.

2)KAPSAM: Yalnız doktor tarafından kullanılır. Endometrial biyopsi, tamamlanmamış (inkomplet) düşüklerin tedavisi, ilk üç aylık dönemde küretaj, menstruel regülasyon gebelik sonlandırmak için kullanılır**.**

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Başhekim, Kalite Yönetim Temsilciliği, Doğum Servisi Ebe ,Hemşire ve Doktorları

6)FAALİYET AKIŞI:

1. Steril eldiven giyilir.
2. Enjektör uygun boy kanül ve adaptörü seçilir.
3. Püton ve uçları kontrol edilir.
4. Valf düğmesi enjektörün ucuna doğru aşağı ve ileri itilerek valf kapatılır.
5. Pistonu çıkarmadan enjektör haznesini kavrayıp piston kolları enjektör haznesinin ucunda takılıncaya kadar pistonu geri çekerek enjektör hazırlanır. Piston kolları dik ve gergin tutulmalı haznenin ucuna oturtulmalıdır.
6. Kullanmadan önce enjektörden vakumun sızmadığından emin olunmalıdır.
7. Hastanın ağrı kontrolü için meditasyon uygulanmalıdır.
8. Bimanuel muayene ile uterusun büyüklük ve pozisyonunu değerlendirilmelidir.
9. Serviksi görmek için spekulum takılmalıdır.
10. Servikal dilatasyon ve enfeksiyon, travma yada laserasyon belirtileri olup olmadığına bakılır.
11. Perine antiseptik solüsyon ile temizlenmelidir.
12. Gerekirse serviks dilate edilir.
13. Kanülü serviksden nazikçe iterek internal asun gerisindeki uterus boşluğuna doğru yavaşça itilir.
14. Vakumun kanülden uterusa geçmesi için enjekterün üzerindeki valfı açılır. Kanlı doku ve kabarçıklar kanülden enjektöre dolmaya başlayacaktır.
15. Uterus boşluğu içinde kanülü nazikçe ve yavaş yavaş ileri geri hareket ettirerek ve enjektörü sağa sola çevirerek uterus içerisi boşaltılır.
16. Enjektör piston kollarından tutulmamalıdır.
17. Enjektör kanülden yavaşça çekilir. Materyal- parça vs. iyi temiz bir kaba boşaltılır. (Formal dehid bulunan)
18. Hastanın hayati fonksiyonları (ANT. TA) kontrol edilir. Hemşire Tedavi Planına kaydedilir.
19. Kanama kontrolü yapılır.
20. Uzun süre kramp şeklinde ağrı varsa doktora haber verilir.
21. Tüm malzeme temiz ve kullanma hazır şekilde bırakılır.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

- Hemşire Tedavi Planı