1)AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuarı.

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Tüm Laboratuvar Teknisyenleri

6)FAALİYET AKIŞI:

FLAG MESAJLARI

AUTOFOCUS FAİLED / POSITIVE CONTROL FAILED:Yıkama, focus ve kontrol yeniden verilir.
ID ERROR: Barkodu okumamıştır. REVIE FLAG yapılır. Ekrana gele pencereye barkod numarası numarası yazılır veya yeni bir barkod etiketi yapıştırılarak örnek yeniden verilir.

HIGH CONCENTRATION: Yoğun partikül içeren numuneyi belirtir. **REVIE FLAG SRECIMEN** ve peşinden **ACCEPT** yapılır ve örneğin incelenmesine devam edilir.

POSSIBLE AMORPHOUS: **REVIEW FLAG SPECIMEN** ve peşinden **ACCEPT** yapılır. Tüm partikül sınıfları dikkatlice kontrol edilir.

CARRYOVER: Yoğun numuneden sonra gelen örnekte bulaşma olabileceğini bildirir. Örnek dikkatlice incelenir. Bulaşma varsa numune iptal edilip yeniden çalışılır.

FLOW: REVIEW FLAG SPECIMEN ve peşinden **ACCEPT** yapılır.Sık tekrarlanması durumunda mikroskobimodülüne yıkama verilir.

ILLUMINATION ERROR: **DELETE FLAG** ile örnek silinir.Dilusyon yapılır ve yeniden çalışılır.
RESTART NECESSARY: Cihazı kapatıp açmak gerekir.

MICROSCOPY MODULE ERROR : Cihazı kapatıp açmak gerekir.

AX DROPS / STRIP MISS: Aution Maxstrip okuyucu stripleri okumamıştır.Strip cihazının solüsyonları kontrol edilir.Örnek baştan tekrar verilir.

CHEM N/A:Strip okuyucusu stipleri okumamıştır. Örnek baştan verilir.

ESKİ SONUÇLARIN ARANMASI

WORKLIS ekranında **SEARCH** tuşuna basılır. Aranan hastanın ID Barkod numarası veya belirli tarih aralıkları girilerek bulunabilir. Aranan hasta veya hastalar ekrana gelince üzerine çift tıklanarak tekrar inceleme yapılabilir veya **ACCEPT** tuşuna basılarak print alınabilir.

CİHAZIN KAPATILIP AÇILMASI

Normal şartlarda cihaz kapatılmaz. Sadece monitör kapatılır. KAPAMA: 1.INSTRUMENT ekranından önce cihaz Go Offline yapılarak OFFLİNE ‘a alınır. MAINTENANCE buradan da SHUTDOWN seçilir. 2. Bilgisayarın kapanması beklenir, kapandıktan sonra önce mikroskobi sonra strip cihazı sağ alt taraflarında bulunan POWER düğmelerinden kapatılır. AÇMA: 1.Bilgisayar açılır. Programın tamamen açılması beklenir. 2.Log On ile Operatör girişi yapılır. Önce mikroskobi sonra strip cihazı sağ alt taraflarında bulunan POWER düğmelerinden açılır. DİLUSYONL ÇALIŞMA Dilusyon oranına göre hasta barkodunun altına ilgili URN barkodu yapıştırılır. Diluent kullanılarak dilusyon yapılır.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

· Cihaz kullanma kılavuzu