AMAÇ : Cihazın doğru ve amacına uygun kullanımını sağlamak

KAPSAM : Patoloji Laboratuarı

TANIMLAR :

KISALTMALAR :

SORUMLULAR : Tüm Patoloji Teknisyenleri.

TALİMAT DETAYI :

1- Cihazın açma düğmesine basılıp açılması beklenir

2- Cihaz üzerinde bulunan ekranda **''PRİME''** yazısı çıktığında yapıştırma probu ksilen şişesinden çıkarılır ve **''PRİME''** butonuna basılır. Bu durumda prob'dan sürekli entellan akışı gözlendiğinde buton bırakılır.

3- Yapıştırma prob'u cihazın arka kısmında yer alan fırçanın üzerine yerleştirilir ve fırçanın üzerine pipet ile bir miktar ksilen dökülür.

4- Lamel bölmesine lamel yüklenir.

5- Cihazın alt kapağı açılarak, boyanan sepetler doku yüzeyi size bakacak şekilde yüklenir ve kapağı kapatılır.

6- Cihazın asansör kısmına RACK yerleştirilir ve start butonuna basılır.

7- Asansör kısmındaki RACK'a otomatik olarak cihaz tarafından yerleştirilen kapatılmış lamlar tüm lamlar kapatılınca asansörden alınır.

8- Cihazın alt kapağını açılıp boş sepetler alınır.

9- Yapıştırma probu tekrar ksilen şişesine konulur.

10- Cihazın düğmesine basıp cihaz kapatılır.

11- Tüm süreç boyunca cihazdaki hareketler gözlemlenir.