(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
EKG CİHAZI GÜNLÜK BAKIM VE KONTROL FORMU

Doküman Kodu: HB.FR.062	Yayın Tarihi: 24.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

AY/YIL:	
Markası:	
Modeli	
Seri No:	

YAPILACAKLAR	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**									**10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31**									
Hasta kablosu, lead'lar ve diğer bağlantı hortum ve kablolarının hasarlı olup olmadığı kontrol edildi.																											
Cihazın fiziki durumu ve mekanik bağlantıları kontrol edildi.																											
Printerda kâğıt olup olmadığını kontrol edildi.																											
Ekranda hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek.																											
Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek.G																											
Her vaka sonrası kaşıklarının tutma sapınını isopropil alkol ya da sabunlu su ile temizlenecek.																											
Kontrol Eden Hemşire																											

Not: Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak.