**1.) AMAÇ:** Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

**2.) KAPSAM:**Tüm laboratuvar çalışanları

**3.) TANIMLAR:**

**4.) KISALTMALAR:**

**5.) SORUMLULAR:**Tüm hastane çalışanları

**6.) TALİMAT DETAYI:**

1-Disposable bıçak, bıçak tutucusuna yerleştirilir.

2-Parafin blok,numune tutucuya yerleştirilir.

3- Açı ayarlanır.

4- Çevirme kolunu kilitten sökmek için,kol sağa çekilir.

5-Bıçak koruyucusu aşağı indirilir.

6- Kaba ilerletme ile numune traşlanır.

7- Kesim ayarlama düğmesi -5- (Beş ) e getirilir.

8-Numuneden kesit alınır.

9-50 santigrat derecedeki suya atılıp,kesitin açılması beklenir.

10-Son olarak kesitler lama alınır.

**7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:**

1-Patoloji Laboratuarı Proses Akış Şeması