1)AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Biyokimya Uzman Doktoru, Laboratuar sorumlusu ve çalışanları.

6)FAALİYET AKIŞI:

1. Hasta Çalışması :

• Patient Orders → Hasta numarası →Testleri seçilir→Save

• Hasta numarası etiketi çıkar →Uygun tepsiye ver →Start.

Sonuçları görme :

• Ekranda Find Patient tıkla→Hasta numarasını yaz →Ok bas.

Kontrol çalışma :

• Cicate QC Orders →Testleri seç →Analyze→Grafik değerlendirme .

• Westgrad kurallarına gore değerlendirme yapılır.

Kalibrasyon :

• Create Kalibrasyon Orders →Testleri seç →Place Order seçilir.

Reaktif ve solüsyon dolumu :

• Reaktif yükleme tepsilerinden biten reaktifler yüklenir.

• Solüsyonlar bitenleri ile değiştirilir.

Ise Kalibrasyon :

• lmt Kalibrasyon seçilir.→Calibrate IMT seçilir.

Reset yapma :

• Bilgisayar ekranından System→Operatör Dragnostıc→Home System basılır

.

LIS Bağlantısı koparsa :

• Lıs Commicination →Lis Connect seçilir.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: