(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
DIRUI FUS 100FUS 200 VE DIRUI H 800 KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ BAKIM FORMU

Doküman Kodu: BL.FR.050	Yayın Tarihi: 24.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 3

CİHAZ ADI: DIRUI FUS 100/FUS 200

| Günler | | |

1	2	3	4	5	6	7	8											9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31										

GÜNLÜK BAKIMLAR

Strip Feeder Temizliği

Worktable Temizliği

Conveyor Board Temizliği

Günsonu Yıkama İşlemi

HAFTALIK BAKIMLAR	1.HAFTA	2.HAFTA			3.HAFTA	4.HAFTA
White Point Temizliği						
Optik Sensör Yansıtıcı Temizliği						
Sheath liquid şise temizliği						
Barkod Okuyucu Temizliği						
Atık Kabı Kontrolü						
Sampler Unit Temizliği						

AYLIK BAKIMLAR	
Cleaning Liquit Bidon Temizliği	
Rack'ların Temizliği	
Sampler Probe Temizliği	
Genel Cihaz Temizliği	

Bakımın Yapıldığı Tarih	**Yetkili Teknik Servis Onayı**	**Cihaz Sorumlusu Onayı**	**Laboratuvar Şefi Onayı**

...../...../20.....			