Cihaz Adı	Kontrol Örneği	Kullanım Aralıkları	Kabul Kriteri	Düzeltici Faaliyet	İlgili Kayıt	Sorumlu
Hemogram Cihazı	Kontrol kanları (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce ve her kit değiştirildiğinde en az 2 seviye	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Cihaza temizlik işlemi uygulanır • Kontrol tekrarlanır • Tekrar edilen kontrol sonucu düzelmez ise teknik servise haber verilir	Cihaz kayıtlarıv e LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı
Biyokimya Cihazı	Kontrol serumları (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce ve her kit değiştirildiğinde 2 seviye	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Her 2 seviye kontrol değerlerinde problem var ise (2 SD nin dışında ise) o teste kalibrasyon yapılır • Yeniden 2 seviye kontrol çalışılır • Düzelmez ise gerektiğinde: √ Kit değiştirilir √ Kalibratör yenilenir √ Kontrol yenilenir √ Yeniden kalibrasyon ve kontrol çalışılır • Birden fazla teste ait problem var ise kontrol serumu değiştirilerek yeniden kontrol çalışılır Düzelmez ise kitler değiştirilir, kalibratör yenilenir, yeniden kalibrasyon ve kontrol çalışılır • Bunlara rağmen düzelmiyorsa teknik servise haber verilir • Testler çalışılmaz	Cihaz kayıtlarıv e LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı

İmmunanalizör	Kontrol serumları (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce ve her kit değiştirildiğinde 2 seviye	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Her 2 seviye kontrol değerlerinde problem var ise (2 SD nin dışında ise) o teste kalibrasyon yapılır • Yeniden 2 seviye kontrol çalışılır • Düzelmez ise gerektiğinde: √ Kit değiştirilir √ Kalibratör yenilenir √ Kontrol yenilenir √ Yeniden kalibrasyon ve kontrol çalışılır • Birden fazla teste ait problem var ise kontrol serumu değiştirilerek yeniden kontrol çalışılır Düzelmez ise kitler değiştirilir, kalibratör yenilenir, yeniden kalibrasyon ve kontrol çalışılır • Bunlara rağmen düzelmiyorsa teknik servise haber verilir • Testler çalışılmaz	Cihaz kayıtları ve LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı
Koagülasyon Cihazı	Kontrol plazması (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce ve her kit değiştirildiğinde 2 seviye	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Kontrol tekrarlanır • Düzelmez ise gerektiğinde: √ Kit değiştirilir √ Kontrol yenilenir • Sorun devam ediyorsa teknik servise haber verilir • Test çalışılmaz	Cihaz kayıtları ve LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı
İdrar Analizörü	Kontrol örnekleri (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir	• Kontrol tekrar edilir • Sorun düzelmez ise teknik servise haber verilir • Cihaz kullanılmaz, göz ile değerlendirme yapılır	Cihaz kayıtları ve LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı
Kan Gazları Ölçüm Cihazı	Kontrol örnekleri (normal ve patolojik seviyeli)	• Her test çalışmasına başlamadan önce ve her kit değiştirildiğinde 2 seviye	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Kontrol tekrar edilir, gerekirse kontrol yenilenir • Sorun düzelmezse firmaya haber verilir	Cihaz kayıtları ve LBYS	Cihazdan sorumlu teknisyen ve lab uzmanı

Tüm acil parametreler	Kontrol serumları (normal ve patolojik seviyeli)	• Nöbet süreci • Resmi tatil günleri	Kontrole ait referans aralıklarının içinde olması gerekmektedir (+/- 2 SD)	• Cihaz bakımı yapılır • Sarf malzemeleri ve kit durumu kontrol edilir • İlgili teste ve cihaza dair yönergeler takip edilir. • Sorun düzelmezse teknik servise haber verilir • Test çalışılmaz	Cihaz kayıtları ve LBYS	Nöbetçi teknisyen

• İç kalite kontrol örneklerinin çalışılması, değerlendirilmesi ve arşivlenmesi:

√ Tüm iç kalite kontrol örnekleri hasta numuneleri ile aynı sürece tabi tutulur ve aynı yöntemle çalışılır.

√ Sonuçlar laboratuvar uzmanı/laboratuvar teknisyeni tarafından kabul kriterlerine göre değerlendirilir, onaylanır ve gerekirse düzeltici faaliyet uygulanır. √ Tüm iç kalite kontrol sonuçları ile varsa DÖF formları LBYS üzerinde arşivlenir.