1. 1)AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR:

5) SORUMLULAR: Biyokimya Uzman Doktoru, Laboratuar sorumlusu ve çalışanları.

6)FAALİYET AKIŞI:

HASTA ÇALIŞMA (MANUEL)

- Request → Order Entry→ Sample No→ Test seçimini yap → Enter → Start Sayfası →Routine Sample Seç→
- Numune yerini tanımla →Start→ Ok

SONUÇLARI GÖRME

- Request→Review/Edit→Today Results / Archive seçilir

KONTROL ÇALIŞMA

- Start → Control → Clear → Testler seçilir → Return → Temp. Sample Select → Kontroller seçilir →
- Return → Routine sample → Start →ok

KONTROL SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME

- QC → Advia QC → Testler seçilir → Sonuçlar değerlendirilir
- Westgard kurallarına göre değerlendirme yapılır

KALİBRASYON

- Start → Calibration → → Multipnt sample veya one-pnt sample → clear→testler seçilir
- → aynı testler yan taraftaki ikonlardan seçilir→return→sağ taraftaki ikondan kalibrtaörler seçilir→ return→
- Routine sample→ start → ok

REAKTİF VE SOLÜSYON DOLUMU

- Cihaz ready konumundayken kapaklar cihaz kapağı ve reaktif tepsisi kapağı açılır →
- gereken reaktif ve solüsyonlar eklenir → kapaklar kapatılır → barcode scan yapılır

ISE KALİBRASYON

- Maintanance → ISE operation → Ekranda sırasıyla 3 → 1 → 2 numaralı işlemler yapılır

RESET YAPMA

- Ekran üzerinde bulunan initializing tuşuna basılır → cihaz ready konumuna getirilir

LİS BAĞLANTISI KOPARSA

- Ana ekrandaki “HOST ON” yazısı kontrol edilir → “OF” konumunda ise tıklanarak “ON” konumuna getirilir

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: