(Logonuz Burada)

**Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)**
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ MSÜ DENETİM FORMU



DENETİM TARİH – SAAT :

DENETLENEN :

DENETLEYEN :

| | | EVET | HAYIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanüllü aletler basınçlı su ve hava geçirilerek temizleniyor mu? | | |
| 2 | Kanüllü aletlerin temizliği için fırça kullanılıyor mu? | | |
| 3 | Yıkama, dezenfektör cihazlarında her çevirimde kimyasal endikatör kullanılıyor mu? | | |
| 4 | Yıkama dezenfektör cihazının sıcaklık- zaman parametreleri monitörize ediliyor mu? | | |
| 5 | Gereken aletler medikal yağ ile yağlanıp fazla yağ, lifsiz yumuşak bezle siliniyor mu? | | |
| 6 | Ek yerleri sertleşen aletlere bakım spreyi uygulanıyor mu? | | |
| 7 | Paketlenecek alet ve malzemelerin temiz, kuru ve tam olarak çalıştığı kontrol ediliyor mu? | | |
| 8 | Portegüler hariç cerrahi aletler tek diş olarak kilitleniyor mu? | | |
| 9 | Taslar iç içe konacaksa havlu yerleştiriliyor mu? | | |
| 10 | Sterilize edilecek malzemeleri paketlerken paketlerin üzerine, sterilizasyon tarihi, paket içeriği, kişi isminin başharfleri ve yükleme numarası etiketleniyor mu? | | |
| | 11 Her paket içine kimyasal endikatör konuyor mu? | | |
| 12 | Kağıt- plastik poşetlerle paketleme yaparken, barkot ve etiketlerin kağıt kısmına değil, poşet kısmına yapıştırılmasına dikkat ediliyor mu? | | |
| | 13 Kağıt- plastik paketin ısı ile yapıştırılan bölümünün dış kısmına tarih atılıyor mu? | | |
| | 14 Isı ile yapıştırılmadan önce paket içindeki hava boşaltılıyor mu? | | |
| | 15 Set listelerine göre setin içindeki aletler kontrol ediliyor mu? | | |
| | 16 Paket bandı üzerine set adı ve varsa sette eksik olan aletler yazılıyor mu? | | |
| | 17 Tel sepetin tabanına içindeki aletlerin üzerini örtecek büyüklükte bir örtü seriliyor mu? | | |
| | 18 Optiklerin adaptörleri monte edilerek görüntünün net olup olmadığı gözle kontrol ediliyor mu? | | |
| | 19 Optik ve soğuk ışık kordonları Etilen oksit cihazında steril ediliyor mu? | | |
| | 20 Kumaş materyal için delik-hasar kontrolu yapılıyor mu? | | |
| | 21 Paketleme makinası ile paketi oluşturan kişinin ad-soyadı, baş harfleri ve paketleme tarihi yazılıyor mu? | | |
| | 22 Paket içeriği ile ilgili bilgiler yazılacaksa paketin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yazılıyor mu? | | |
| | 23 Cerrahi aletlerin sterilizasyonunda kuru ısı yönetimi mi (pasteur fırını) kullanılıyor? | | |
| | 24 Buharla sterilizasyonda otoklav mı kullanıyorsunuz? | | |
| | 25 Otoklav ile sterilizasyonda malzemeler 121 C’de 15 dk mı tutuluyor? | | |
| | 26 Buhar sterilizasyonunda flash sterilizasyon yöntemini kullanıyor musunuz? | | |
| | 27 Flash sterilizasyonda malzemelerin sterilizasyon süresi 134 C’de 3,5 dk mıdır? | | |
| | 28 Ünitenizde flaş sterilizasyon için malzemelerin otoklava giriş- çıkış süresi 134 C’de 18 dk mıdır? | | |
| 29 | Flash sterilizasyon sadece ameliyat sırasında sterilliği bozulan ve steril yedeği olmayan aletlerin dekontaminasyonu yapıldıktan sonra kısa sürede sterilizasyon amacı ile mi kullanılıyor? | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 30 Flash otoklavda steril edilen alet aseptik koşullarda ameliyat alanına taşınıyor mu? | | |
| 31 | Flash otoklav çevrimleri programa uygun kimyasal ve biyolojik endikatörlerle monitörize edilip kayıt altına alınıyor mu? | | |
| | 32 Bohça ölçülerinin 30x30x50cm'den, ağırlığının 5,5 kg'dan az olmasına dikkat ediliyor mu? | | |
| | 33 Buhar sterilizasyonunda dokuma ve büyük paketler alttaki rafa, küçük paketler üst rafa yerleştiriliyor mu? | | |
| 34 | Buhar sterilizatöründe; plastik-kağıt paketler yerleştirilirken kağıt- kağıda ,plastik-plastik yüzeye karşı getiriliyor mu? | | |
| 35 | Bohçalar dikey/eğik pozisyonda mı yerleştiriliyor? | | |
| 36 | Alet tepsileri alt rafa yatay olarak yükleniyor mu? | | |
| 37 | Bohçaların kendi aralarında buharın geçmesi için boşluk olmasına ve sterilizatör duvarı ile arasında 5-10cm mesafe olmasına dikkat ediliyor mu? | | |
| 38 | Kazan hacminin en fazla %70'ini mi dolduruyorsunuz? | | |
| | Nemli bohça takibi için nemli bohça kayıt formunuz var mı? | | |
| 40 | Beyin, spinal cort, göz operasyonları için kullanılan spongioform ensefalopati açısından yüksek riskli cerrahi aletler ve malzemeler 134 C'de 18 dk tutuluyor mu? | | |
| 41 | Etilen oksit sterilizatöründen çıkan malzemeler kullanıma en az 72saatlik bekleme süresinden sonra mı veriliyor? | | |
| 42 | Etilen oksit sterilizatörinde paketler dik yerleştiriliyorsa plastik yüzeyler kağıt yüzeye gelecek biçimde yerleştiriliyor mu? | | |
| 43 | Etilen oksit sterilizatörünün açılması ve yerleştirilmesi sırasında eldiven, göz koruyucu maske, uzun kollu gömlek ve boneden oluşan koruyucu giysiler kullanılıyor mu? | | |
| 44 | Etilen oksit odası girişinde tehlike uyarı işareti var mı? | | |
| 45 | Etilen oksit sterilizatörü ayrı bölmeleri özel havalandırılmalı, gaz dedektörü bulunan acil müdahaleye uygun ortamda mı? | | |
| 46 | Etilen oksit odasına sadece yetkili kişiler mi giriyor? | | |
| 47 | Havalandırma borusu çatıya kadar uzanıyor mu? | | |
| 48 | Etilen oksit odasındaki gaz seviyesi için sesli alarm sistemi kullanılıyor mu? | | |
| 49 | Etilen oksit kartuşları konteynr veya saklama tankı içinde mi muhafaza ediliyor ? | | |
| 50 | Etilen oksit kartuşları kullanım sonrası tıbbi atık kutusuna mı atılıyor? | | |
| 51 | Yangın, elektrik kaçağı gibi durumlarda sterilizasyon çalışanlarının kartuş veya tüplerin alandan uzaklaştırılması gerektiğini biliyor mu? | | |
| 52 | Odaya girilebilmesi için alarmın susması gerektiği, daha sonra uzun kollu gömlek, eldiven giyilip, gaz maskesi takılarak içeriye girilmesi gerektiği biliniyor mu? | | |
| 53 | Gaz monitörü alarm verdiğinde kapı açılmadan havalandırma sistemi aktif hale getiriliyor mu? | | |
| 54 | Çalışanlar etilen oksit maruziyetinde ne yapılması gerektiğini biliyor mu? | | |
| 55 | Bowie-Dick testi her gün bir kez işlemlere başlamadan önce yapılıp, test kaydı saklanıyor mu? | | |
| | 56 Bowie-Dick test paketi cihaz boşken en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konarak uygulanıyor mu? | | |
| | Bowie-Dick test paketi otoklav için 134 C'de 3,5 dk tutuluyor mu? | | |
| 58 | Sorumlu personel işlem sonrası Bowie-Dick test kartını değerlendirmeyi biliyor mu? | | |
| 59 | Sterilizasyon işleminde her bohça yada paketin içine kimyasal indikatör konuyor mu? | | |
| 60 | Sterilizasyon birimi ve ameliyathane personeli işlem sonrası kimyasal endikatörü değerlendirebiliyor mu? | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 61 | Sterilizasyon işleminde her sabah ilk yüke biyolojik endikatör konuyor mu? | | |
| 62 | Biyolojik endikatör test sonucu kayıt ediliyor mu? | | |
| 63 | Malzemeler kullanıma sunulmadan önce biyolojik indikatör sonucu bekleniyor mu? | | |
| 64 | Buharlı sterilizatörlerde implant içeren çevrimlerde her yüke biyolojik indikatör konuyor mu? | | |
| 65 | Sterilize edilen malzemenin sterilliğinin korunması için uygun depo ve raf sistemi var mı? | | |
| 66 | Sterilize edilen malzemenin hastanemiz şartlarına göre raf ömrü belirlendi mi? | | |
| 67 | Hangi sterilizatörün hangi çevriminde üreme olduysa, o sterilizatörde işleme girmiş malzemeler toplanarak paketleri açılıp en baştan işleme alınıyor mu? | | |
| 68 | Arıza, tamir, rutin bakım validasyon raporları tutulup saklanıyor mu? | | |
| 69 | Tyveck poşet ile paketlenip sterilize edilen malzemeler en fazla 2 ay mı kullanılıyor? | | |
| 70 | Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler en fazla 2 ay mı kullanılıyor? | | |
| 71 | Çift kat tekstil veya çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler en fazla 30 gün mü kullanılıyor ? | | |