(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
MINDREY BC 6800 KAN SAYIM CİHAZI BAKIM PERYODU

Doküman Kodu: BL.FR.037	Yayın Tarihi: 24.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 2

HASTANE ADI :
Demo Sağlık Tesisi
BÖLÜ
MİKRABİYOLOJİ LABARATUVARI
M
CİHAZ ADI
MINDRAY BC- 6800 KAN SAYIM
FİRMA ADI
CİHAZI DEĞİŞİM MEDİKAL TEL: 0-232-
CİHAZ SERİ .....
GÜNLE
NO
R
TARİH

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
GÜNLÜK BAKIM																																
	1. HAFTA									**2. HAFTA**							**3. HAFTA**								**4. HAFTA**							
HAFTALIK BAKIM																																
6 AYLIK BAKIM																																
YILLIK BAKIM																																

BC 6800 CİHAZI GÜNLÜK BAKIM BC 6800 CİHAZI HAFTALIK BAKIM PROSEDÜRÜ BC 6800 CİHAZI AYLIK BAKIM PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ
Cihazın günlük bakımları yapılır. Aperture ve banyo dekontaminasyon
Reaktiflerin kontrolü yapılır. Bsv bakımı share valflerin bakımı yapılır. işlemi uygulanır.
Analizör ve Start up ve kontrol kanı
Analizör ve kopresör filtre temizliği ve bakımı yapılır. kompresör filtre temizliği ve bakımı çalışması yapılır. Shut
yapılır.
down temizlik işlemi BC 6800 CİHAZI YILLIK BAKIMI PROSEDÜRÜ
Teknik Servis tarafından uygulanır.
BC 6800 CİHAZI 6 AYLIK BAKIM
.Alt Sheat hattı restriktörü kontrol edilir gerekliyse
PROSEDÜRÜ
değiştirilir.
Aperture O Ringleri yenilenir.
.6 inch Sample line kontrol edilir gerekliyse değiştirilir.
Aperture ve banyo
.15 inch Diff line kontrol edilir gerekliyse değiştirilir.
dekontinamasyon işlemi uygulanır
.Mixing chamber kontrol edilir gerekliyse değiştirilir.
.Diff X ve T fittingleri kontrol edilir gerekliyse değiştirilir
Analizör ve kompresör filtre
.Diff segment tubing kontrol edilir gerekliyse değiştirilir.
temizliği ve bakımı yapılır.
.Stabilyse hattından Mixing C :hamber 'e giden hat kontrol
edilir gerekliyse değiştirilir.
.Pinch valfi içindeki tubingler kontrol edilir gerekliyse
değiştirilir
.Kompressor giriş filtresi kontrol edilir gerekliyse değiştirilir
.Air / water seperatör temizlenir kontrol edilir gerekliyse
değiştirilir.
.Air/water seperatör O ringleri kontrol edilir gerekliyse
değiştirilir.
.Vakum şişesi O ring i kontrol edilir gerekliyse değiştirilir.
.BSV housing temizlenir , yağlanır ve ayarlanır.
.Kan dedektörü performans testi yapılır gerekliyse ayarlanır.
.Barcode scanner lensleri temizlenir
.Latex kalibrasyonu yapılır