(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL PLANI

Cihaz Adı	Programın Adı	Numune Bilgileri	Çalışma Periyodu	Sonuçların İletilmesi	Çalışılan Testler
Biyokimya Otoanalizörü (Rutin Parametreler)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler toz halindedir • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir, 5 mL distile su ile çözülür ve ara sıra karıştırarak en az 20 dk bekletilip homojenize edilir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	Glukoz, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, Kolesterol, Trigliserid, Hdl Kolesterol, LDL Kolesterol, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, AST, ALT, ALP, Amilaz, LDH, CK, GGT, Fe, TIBC, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Klor
Biyokimya Otoanalizörü (Serum Proteinleri)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numune toz halindedir Numunenin oda ısısına (18-25°C) • gelmesi beklenir, 1 mL distile su ile çözülür ve ara sıra karıştırarak en az 20 dk bekletilip homojenize edilir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	ASO, CRP, RF
Biyokimya Otoanalizörü (Etanol)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler kullanıma hazırdır • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	Etanol
Biyokimya Otoanalizörü (İdrar Biyokimyası)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numune toz halindedir • Numunenin oda ısısına(18-25°C) gelmesi beklenir, 10 mL distile su ile çözülür ve ara sıra karıştırarak en az 20 dk homojenize edilir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	Üre, Kreatinin, Kalsiyum, Sodyum, Potasyum, Klor, Mikroprotein

HbA1c Ölçüm Cihazı	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir, 0.5 mL distile su ile çözülür, en az 20 dk bekletilerek homojenize edilir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	HbA1c
Immunanalizör (Rutin Parametreler)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler toz halindedir • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir, 5 mL distile su ile çözülür ve ara sıra karıştırarak en az 20 dk bekletilip homojenize edilir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	TSH, FT3, FT4, PTH, Beta HCG, FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Testosteron, Prolaktin, Kortizol, DHEA Sülfat, Ferritin, Folat, Vit B12, 25 OH Vit D, İnsulin, T.PSA, FPSA, AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CEA
Immunanalizör (Spesifik Hormon)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile dondurulmuş halde gelir • Numuneler kullanıma hazırdır • Numunenin tamamen çözünmesi ve oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	Anti TG, Anti TPO, PTH, 25 OH Vit D
Immunanalizör (Kardiyak Belirteçler)	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile dondurulmuş halde gelir • Numuneler kullanıma hazırdır • Numunenin tamamen çözünmesi ve oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	CK MB Mass, Troponin I

Koagülometre	RIQAS	• Yılda iki kez 6 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler toz halindedir • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi beklenir, 1 mL distile su ile çözülür ve tamamen çözünene kadar beklenir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	http://riqasconnect.randox.com/riqas/login.asp Kullanıcı adı: .....@..... Şifre: 142203	PT, INR, APTT
Kan Gazları	BIORAD EQAS	• Yılda bir kez 12 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler kullanıma hazırdır • Numunenin oda ısısına (18-25°C) gelmesi için en az 4 saat beklenir ve ampul kullanımdan önce 15-20 kez altüst edilmelidir • Hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.qcnet.com Login ID: .....@..... Password: ..... Lab ID:	Kan gazları parametreleri
Hemogram Cihazı	Qualicont	• Yılda 4 kez 3 numune soğuk zincir ile gelir • Numuneler kullanıma hazırdır • Numune çalışma öncesinde oda ısında15 dk bekletilir • Çalışmadan önce 8 -10 kez alt üst edilir • Numune hasta numunesi gibi çalışılır	• Aylık • Sonuç girişi firma tarafından bildirilen tarihe kadar	www.iqc.qualicont.com ID: 20028 Password: ..... Validasyon: 4074	Rutin hemogram parametreleri

Dış kalite kontrol örneklerinin çalışılması ve raporların değerlendirilmesi ve arşivlenmesi:

• Dış kalite değerlendirme test numunesi, test edilen rutin hasta numuneleri ile aynı sürece tabi tutulur ve aynı yöntemle cihazdan sorumlu teknisyen tarafından çalışılır. • Dış kalite test numunesine ait raporlar laboratuvar uzmanı tarafından değerlendirilir, uygun olmayan sonuçlar için uygunsuzluğun sebeplerine yönelik kök neden analizi ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılır, dış kalite kontrol değerlendirme formu doldurulur, ilgili dosyalarda arşivlenir.

• Tüm dış kalite kontrol çıktıları ile değerlendirme formları ve varsa DİF formları dosyalanarak 5 (beş) yıl boyunca ilgili klasörde arşivlenir.