1.) AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

2.) KAPSAM:Tüm laboratuvar çalışanları

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.) TALİMAT DETAYI:

1)Takip cihazındaki sıvıların seviyeleri kontrol edilir.

(1-%10 formaldehit,2-7-Alkol,8-10-Kesilen,11-12-Parafin)

2)Hazırlanmış kasetler asansöre yerleştirilir.

3)Down düğmesine basılır.

4)Start düğmesine basılır.

5)16. saatte takip tamamlanır.

6)Up düğmesi ile asansör havuzdan çıkarılır.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

Patoloji Laboratuarı Proses Akış Şeması