AMAÇ: HET ünitesinin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve ünitenin tekrar kullanıma hazırlanmasını sağlamak

KAPSAM : Doğum Salonu

KISALTMA :

TANIMLAR:

SORUMLULAR: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Doğum Salonu Sorumlu Hemşiresi, Ebe, Hizmetli Personel

FAALİYET AKIŞI:

HİZMETLİ PERSONEL :

1- Her doğum sonrası havuzu kaba kirlerinden arındırır. Yüzey temizliğini sabunlu su ile yapar.

2- Havuzun dezenfeksiyonunu 1000 ppm konsantrasyonu sağlayacak şekilde (17,4 gr.-92 adet) klor tablet koyarak yapılır.

Sonrasında havuz 1 saat süre ile çalışır.

3- dezenfeksiyon işlemi bittikten sonra durulama amaçlı havuza suyu doldur. 1 saat boyunca duru suyla sistemi çalıştır, sonrasında suyu boşalt

4- Dezenfeksiyon işlemi tamamlanan sistemin bir sonraki hasta için kullanıma hazır hale gelmesi sağlanır.

5- Temizlik kontrol listesine eklenir.

Doğum Salonu Sorumlusu Ebe :

1- Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi biten havuzun giderinde herhangi bir tıkanıklık, atık madde vb.olup olmadığı dezenfeksiyonun düzgün yapılıp yapılmadığı vs. kontrolleri yapılır.

2- Her doğum sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri biten havuzdan ,gerekli kültürlerin alınması için ilgili enfeksiyon kontrol hemşiresine haber verilir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi :

1- Havuzun her doğum sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

2- Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bittikten sonra 4 doğumda 1 kez, havuzdan gerekli kültürleri alır.