AMAÇ : Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılması

KAPSAM : Patoloji Laboratuarı

TANIMLAR :

KISALTMALAR :

SORUMLULAR : Tüm patoloji teknisyenleri

TALİMAT DETAYI :

1- Cihazın üzerini örten pleksiglas şeffaf büyük kapak elle kaldırılır.

2- Solüsyonları içeren küçük kapların üzerindeki kapaklar açılır ve bir kenarda depolanır.

3- Boyanacak olan lamlar boya sepetlerine dizilir.

4- Sepetlere Hematoksilen-Eozin boya için pembe-mor renkli, Toludine blue boya için mavi renkli , PAP boya için sarı renkli algılayıcı başlık takılır.

5- Cihazın sağ çekmecesi açılıp, boyanacak sepetler yerleştirilir.

6- Cihaz otomatik olarak boyamaya başlar. Boyama işlemi başlayınca cihazın üzerini örten pleksiglas şeffaf büyük kapak kapatılarak solüsyonlara ait kokuların laboratuara yayılması önlenir.

7- Cihazın üzerindeki ekranda boyama zamanı , aşamaları ve bitişi izlenebilir.

8- Boyama işlemi bittiğinde boyanan sepet cihazın sol çekmecesinde depolanır. Kapama işlemi için lamlar bu çekmeceden alınır.

9- Boyama işlemi bitince önce solüsyon kaplarının kapakları , sonra cihazın ana kapağı kapatılır