(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
Atellica Solution IM1300 - IM1600 Hormon Bakım Çizelgesi

Doküman Kodu: BL.FR.046	Yayın Tarihi: 24.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 2

TARİH:

GÜNLÜK BAKIM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IM Daily Maintenance (IM Günlük Bakım)																															
IM Autocheck																															
Sistem Sıvılarının Kontrol Edilmesi																															
Cihaz İç ve Dış Kısımlarında Sıvı Sızıntı Kontrolü																															
Reaktif ve Aspire Problarının Hasar ve Kirlilik Açısından Kontrolü																															
Bakımı Yapan Teknisyen																															

HAFTALIK BAKIM	1.Hafta	2.Hafta	3.Hafta	4.Hafta	5.Hafta
IM Weekly Maintenance (IM Haftalık Bakım)					
Reaktif Problarının ve Aspire Problarının Dış Yüzeylerinin					
Reaktif Probları Yıkama İstasyonlarının Temizlenmesi					
IM Su Tuzağının(Water Trap – Cam Kavanoz) Kontrol Edilmesi ve Boşaltılması					
IM Kurutucunun (Dryer-Mavi Kavanoz) Kontrol Edilmesi ve					
Sample Prob Tip Atma Noktasının (Siyah Kapak) Temizlenmesi					
Dış Panel ve İç YüzeyTemizliği					
Bakımı Yapan Teknisyen					

AYLIK BAKIM	
IM Hava Filtrelerinin Temizlenmesi	
Reaktif Yükleme Tepsisinin Temizlenmesi	
Bakımı Yapan Teknisyen	

PERİYODİK BAKIM (4 AYDA BİR)	
Bu sistemin kullanıcı tarafından yapılacak periyodik bakımı yoktur.	
Bakımı Yapan Teknisyen	

GEREKTİĞİNDE YAPILACAK BAKIMLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Reaktif Problarının Değiştirilmesi																															

(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
Atellica Solution IM1300 - IM1600 Hormon Bakım Çizelgesi

Doküman Kodu: BL.FR.046	Yayın Tarihi: 24.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 2 / 2

Aspire Problarının Değiştirilmesi																																
Küvet Atık Borusunun Temizlenmesi ve Yerleştirilmesi																																
Sample Tip ve Küvet Atık Kaplarının Temizlenmesi																																
Atık Probu (Waste Probe) ve Küvet İtici Kolun Temizlenmesi																																
Sistem Sıvıları Çekmecesinin Temizlenmesi																																
IM Su Rezervuarının Temizlenmesi																																
Atık (Waste) Rezervuarının Temizlenmesi																																
Bakımı Yapan Teknisyen																																

YILLIK BAKIM	
Bu sistemin kullanıcı tarafından yapılacak yıllık bakımı yoktur.	
Bakımı Yapan Teknisyen	