1. AMAÇ: Biyogüvenlik kabininin doğru kullanılmasının sağlanmasıdır.

2. KAPSAM : Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3. TANIMLAR:

4. KISALTMALAR:

5. SORUMLULAR : Tüm hastane çalışanları

6. TALİMAT DETAYI :

Cihazın Kullanımı :

Cihazın fişi prize takılır.

Cihazın ön camı işaretli yere kadar kaldırılır.

Cihazı açmak için fan tuşuna basılır.

Pasword yazan yere 0009 şifresi girilir.

Set tuşuna basılarak cihazın check yapması sağlanır.

3 dk. süre sonunda cihaz içi hava akımı normal düzeyde ise cihaz kullanıma hazır hale gelir.

Cihaz kullanımı bitince fan tuşuna basılır,pasword yerine 0009 şifresi girilir ve set tuşuna basılarak cihaz kapatılır.Ön cam kapatılır.

UV düğmesine basılır ve 15 dk.UV lambası çalıştırılır.UV düğmesine basılarak UV lambası kapatılır.

Cihazın Bakımı:

Günlük temizlik :Kabin içindeki çalışma malzemeleri çıkarılır.Kabinin içi günde iki kez (sabah- akşam) % 1 sodyum hipoklorid solüsyonu ile temizlenir.5 dakika boş çalıştırıldıktan sonra kapatılmalıdır.Dökülme saçılma durumunda % 10 çamaşır suyu ile temizlenir.

Yıllık bakım:Yetkili firmaya her yıl biyogüvenlik kabini performans testleri yaptırılır ve sonuçlar kayıt altına alınarak arşivlenir.

7.) İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE FORMLAR :