1. AMAÇ

Test işlemi tamamlanmış analiz örneklerinin, test verilerinin ve sonuçların gerektiğinde yeniden değerlendirilebilecek şekilde güvenli olarak saklanmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Laboratuvarda çalışılan tüm testlere ait örnekleri, ham verileri, raporları ve kayıtları kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuvar Sorumlusu, Teknik Sorumlu, Laboratuvar Çalışanları.

4. UYGULAMA

Arşivlenen	Saklama koşulu	Saklama süresi	Sorumlu
DNA örnekleri	-20 °C ya da altı	Kurum ve mevzuatın belirlediği süre (…)	
Serum örnekleri (bekleme listesi, nakil öncesi)	-20 °C ya da altı (uzun süreli için -70 °C)	Nakil merkezinin belirlediği süre (…)	
Çapraz karşılaştırma serumları	-20 °C ya da altı	…	
Cihaz ham verileri ve analiz dosyaları	Yedeklenmiş elektronik ortam	…	
Sonuç raporlarının kopyaları	Yetkili erişimli elektronik ortam / kilitli dolap	Mevzuatın belirlediği süre	
İç ve dış kalite kontrol kayıtları	Elektronik / kağıt	…	
Numune kabul-ret, cihaz ve sıcaklık kayıtları	Elektronik / kağıt	…	

- Örnekler benzersiz laboratuvar numarasıyla etiketlenir ve arşiv kutusu/raf konumu kayıt altına alınır.
- Arşiv derin dondurucularının sıcaklıkları **Cihaz Sıcaklık Takip Formu**na kaydedilir; arıza durumunda örneklerin taşınacağı yedek dondurucu tanımlıdır.
- Elektronik veriler düzenli olarak yedeklenir; yedekler laboratuvardan farklı bir yerde saklanır.
- Saklama süresi dolan örnekler ve kayıtlar laboratuvar sorumlusunun onayıyla, mevzuata uygun şekilde imha edilir ve imha kayıt altına alınır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Cihaz Sıcaklık Takip Formu
- Sonuç Raporlama ve Bilgi Güvenliği Talimatı

Bu örnek doküman Prokalite tarafından hazırlanmıştır. Kurumunuzun yapısına, yürürlükteki mevzuata, Sağlık Bakanlığı rehberlerine ve güncel bilimsel kaynaklara göre uyarlanmalı; ilaç, doz ve süre bilgileri kurumun yetkili hekim ve eczacıları tarafından doğrulanmalıdır.