RİSK DÜZEYİ	
Yüksek Riskli Alan	Zemin, Otoskop ,oftalmoskop,rinoskop Larengeskop
Orta Riskli Alan	
Düşük Riskli Alan	

TEMİZLENECEK ALAN	TEMİZLEME YÖNTEMİ	TEMİZLİK MADDESİ	SIKLIK	KOVA RENGİ	BEZ RENGİ	DEZENFEKTE ORANI	RİSK DÜZEYİ
Zemin	Islak Paspas	GTM+Klor tb	Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Paspas Arabası		3 lt.suya 2 tb.klor veya 1 lt suya 20 cc çamaşır suyu	Yüksek
Koltuk	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Defibrilatör	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Hasta başı glukometre	Silme	%70 alkol	Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	%70 alkol	Orta
Tavan	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Kapı arka iç kısım	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Ana sedye-kemer-kızak	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Kombinasyon sedyekemer	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Sabit oksijen tüpü	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
O2 Jakları	Yıkayıp kurulama		GTM, klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe			4 lt su 2 klor tb.veya1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Portatif oksijen dış yüzey	Nemli bez ile silme	GTM+Klor tb	Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Mekanik ventilatör cihazı dış yüzey	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta

Sabit vakum aspiratörü dış yüzey	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	1 lt su 4 klor tb. 5 gr. Veya 1 lt suya 100 cc çamaşır	Yüksek
Portatif aspiratör dış yüzey	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	1 lt su 4 klor tb. 5 gr. Veya 1 lt suya 100 cc çamaşır	Yüksek
Tansiyon aleti+stetesk op	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Termometre	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Otoskop ,oftalmoskop,rinoskop	Dezenfeksiyon		Dezenfeksiyon Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	Dezenfeksiyon	Yüksek
Serum askısı	Nemli bez ile silme		GTM+Klor tb Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	4 lt.suya 2 tb.klor 5 gr.veya 1lt suya 15 cc çamaşır suyu	Orta
Otomatik external defibrilatör dış yüzey	Nemli bez ile silme	GTM+Klor tb	Her vaka sonrası ve kirlendikçe	Mavi	Mavi	1 lt su 4 klor tb. 5 gr. Veya 1 lt suya 100 cc çamaşır	Yüksek
Larengeskop	Dezenfeksiyon	Dezenfeksiyon	Günde 1 kez kirlendikçe ve Cuma günleri	Mavi	Mavi	Dezenfeksiyon	Yüksek
Çöp kovaları	Yıkama	Deterjan	Her vaka sonrası ve kirlendikçe				Orta

NOT : Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri temizlik personeli tarafından yapılmaktadır.