(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ MSÜ DENETİM FORMU

Doküman Kodu: EÖK.FR.043	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 3

DENETİM TARİH – SAAT :

DENETLENEN :

DENETLEYEN :

		EVET	HAYIR
1	Kanüllü aletler basınçlı su ve hava geçirilerek temizleniyor mu?		
2	Kanüllü aletlerin temizliği için fırça kullanılıyor mu?		
3	Yıkama, dezenfektör cihazlarında her çevirimde kimyasal endikatör kullanılıyor mu?		
4	Yıkama dezenfektör cihazının sıcaklık- zaman parametreleri monitörize ediliyor mu?		
5	Gereken aletler medikal yağ ile yağlanıp fazla yağ, lifsiz yumuşak bezle siliniyor mu?		
6	Ek yerleri sertleşen aletlere bakım spreyi uygulanıyor mu?		
7	Paketlenecek alet ve malzemelerin temiz, kuru ve tam olarak çalıştığı kontrol ediliyor mu?		
8	Portegüler hariç cerrahi aletler tek diş olarak kilitleniyor mu?		
9	Taslar iç içe konacaksa havlu yerleştiriliyor mu?		
10	Sterilize edilecek malzemeleri paketlerken paketlerin üzerine, sterilizasyon tarihi, paket içeriği, kişi isminin başharfleri ve yükleme numarası etiketleniyor mu?		
	11 Her paket içine kimyasal endikatör konuyor mu?		
12	Kağıt- plastik poşetlerle paketleme yaparken, barkot ve etiketlerin kağıt kısmına değil, poşet kısmına yapıştırılmasına dikkat ediliyor mu?		
	13 Kağıt- plastik paketin ısı ile yapıştırılan bölümünün dış kısmına tarih atılıyor mu?		
	14 Isı ile yapıştırılmadan önce paket içindeki hava boşaltılıyor mu?		
	15 Set listelerine göre setin içindeki aletler kontrol ediliyor mu?		
	16 Paket bandı üzerine set adı ve varsa sette eksik olan aletler yazılıyor mu?		
	17 Tel sepetin tabanına içindeki aletlerin üzerini örtecek büyüklükte bir örtü seriliyor mu?		
	18 Optiklerin adaptörleri monte edilerek görüntünün net olup olmadığı gözle kontrol ediliyor mu?		
	19 Optik ve soğuk ışık kordonları Etilen oksit cihazında steril ediliyor mu?		
	20 Kumaş materyal için delik-hasar kontrolu yapılıyor mu?		
	21 Paketleme makinası ile paketi oluşturan kişinin ad-soyadı, baş harfleri ve paketleme tarihi yazılıyor mu?		
	22 Paket içeriği ile ilgili bilgiler yazılacaksa paketin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yazılıyor mu?		
	23 Cerrahi aletlerin sterilizasyonunda kuru ısı yönetimi mi (pasteur fırını) kullanılıyor?		
	24 Buharla sterilizasyonda otoklav mı kullanıyorsunuz?		
	25 Otoklav ile sterilizasyonda malzemeler 121 C’de 15 dk mı tutuluyor?		
	26 Buhar sterilizasyonunda flash sterilizasyon yöntemini kullanıyor musunuz?		
	27 Flash sterilizasyonda malzemelerin sterilizasyon süresi 134 C’de 3,5 dk mıdır?		
	28 Ünitenizde flaş sterilizasyon için malzemelerin otoklava giriş- çıkış süresi 134 C’de 18 dk mıdır?		
29	Flash sterilizasyon sadece ameliyat sırasında sterilliği bozulan ve steril yedeği olmayan aletlerin dekontaminasyonu yapıldıktan sonra kısa sürede sterilizasyon amacı ile mi kullanılıyor?		

	30 Flash otoklavda steril edilen alet aseptik koşullarda ameliyat alanına taşınıyor mu?		
31	Flash otoklav çevrimleri programa uygun kimyasal ve biyolojik endikatörlerle monitörize edilip kayıt altına alınıyor mu?		
	32 Bohça ölçülerinin 30x30x50cm'den, ağırlığının 5,5 kg'dan az olmasına dikkat ediliyor mu?		
	33 Buhar sterilizasyonunda dokuma ve büyük paketler alttaki rafa, küçük paketler üst rafa yerleştiriliyor mu?		
34	Buhar sterilizatöründe; plastik-kağıt paketler yerleştirilirken kağıt- kağıda ,plastik-plastik yüzeye karşı getiriliyor mu?		
35	Bohçalar dikey/eğik pozisyonda mı yerleştiriliyor?		
36	Alet tepsileri alt rafa yatay olarak yükleniyor mu?		
37	Bohçaların kendi aralarında buharın geçmesi için boşluk olmasına ve sterilizatör duvarı ile arasında 5-10cm mesafe olmasına dikkat ediliyor mu?		
38	Kazan hacminin en fazla %70'ini mi dolduruyorsunuz?		
	Nemli bohça takibi için nemli bohça kayıt formunuz var mı?		
40	Beyin, spinal cort, göz operasyonları için kullanılan spongioform ensefalopati açısından yüksek riskli cerrahi aletler ve malzemeler 134 C'de 18 dk tutuluyor mu?		
41	Etilen oksit sterilizatöründen çıkan malzemeler kullanıma en az 72saatlik bekleme süresinden sonra mı veriliyor?		
42	Etilen oksit sterilizatörinde paketler dik yerleştiriliyorsa plastik yüzeyler kağıt yüzeye gelecek biçimde yerleştiriliyor mu?		
43	Etilen oksit sterilizatörünün açılması ve yerleştirilmesi sırasında eldiven, göz koruyucu maske, uzun kollu gömlek ve boneden oluşan koruyucu giysiler kullanılıyor mu?		
44	Etilen oksit odası girişinde tehlike uyarı işareti var mı?		
45	Etilen oksit sterilizatörü ayrı bölmeleri özel havalandırılmalı, gaz dedektörü bulunan acil müdahaleye uygun ortamda mı?		
46	Etilen oksit odasına sadece yetkili kişiler mi giriyor?		
47	Havalandırma borusu çatıya kadar uzanıyor mu?		
48	Etilen oksit odasındaki gaz seviyesi için sesli alarm sistemi kullanılıyor mu?		
49	Etilen oksit kartuşları konteynr veya saklama tankı içinde mi muhafaza ediliyor ?		
50	Etilen oksit kartuşları kullanım sonrası tıbbi atık kutusuna mı atılıyor?		
51	Yangın, elektrik kaçağı gibi durumlarda sterilizasyon çalışanlarının kartuş veya tüplerin alandan uzaklaştırılması gerektiğini biliyor mu?		
52	Odaya girilebilmesi için alarmın susması gerektiği, daha sonra uzun kollu gömlek, eldiven giyilip, gaz maskesi takılarak içeriye girilmesi gerektiği biliniyor mu?		
53	Gaz monitörü alarm verdiğinde kapı açılmadan havalandırma sistemi aktif hale getiriliyor mu?		
54	Çalışanlar etilen oksit maruziyetinde ne yapılması gerektiğini biliyor mu?		
55	Bowie-Dick testi her gün bir kez işlemlere başlamadan önce yapılıp, test kaydı saklanıyor mu?		
	56 Bowie-Dick test paketi cihaz boşken en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konarak uygulanıyor mu?		
	Bowie-Dick test paketi otoklav için 134 C'de 3,5 dk tutuluyor mu?		
58	Sorumlu personel işlem sonrası Bowie-Dick test kartını değerlendirmeyi biliyor mu?		
59	Sterilizasyon işleminde her bohça yada paketin içine kimyasal indikatör konuyor mu?		
60	Sterilizasyon birimi ve ameliyathane personeli işlem sonrası kimyasal endikatörü değerlendirebiliyor mu?		

61	Sterilizasyon işleminde her sabah ilk yüke biyolojik endikatör konuyor mu?		
62	Biyolojik endikatör test sonucu kayıt ediliyor mu?		
63	Malzemeler kullanıma sunulmadan önce biyolojik indikatör sonucu bekleniyor mu?		
64	Buharlı sterilizatörlerde implant içeren çevrimlerde her yüke biyolojik indikatör konuyor mu?		
65	Sterilize edilen malzemenin sterilliğinin korunması için uygun depo ve raf sistemi var mı?		
66	Sterilize edilen malzemenin hastanemiz şartlarına göre raf ömrü belirlendi mi?		
67	Hangi sterilizatörün hangi çevriminde üreme olduysa, o sterilizatörde işleme girmiş malzemeler toplanarak paketleri açılıp en baştan işleme alınıyor mu?		
68	Arıza, tamir, rutin bakım validasyon raporları tutulup saklanıyor mu?		
69	Tyveck poşet ile paketlenip sterilize edilen malzemeler en fazla 2 ay mı kullanılıyor?		
70	Sterilizasyon poşetleriyle paketlenen malzemeler en fazla 2 ay mı kullanılıyor?		
71	Çift kat tekstil veya çift kat wrap ile paketlenmiş malzemeler en fazla 30 gün mü kullanılıyor ?		