(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
ATELLİCA SOLUTİON CH930 BİYOKİMYA BAKIM ÇİZELGESİ

Doküman Kodu: LH.FR.047	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 2

TARİH:

GÜNLÜK BAKIM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 22		23	24	25	26	27	28	29	30	31
CH Daily Maintenance (CH Günlük Bakım)																															
IMT Daily Cleaning (IMT Günlük Bakımı)																															
Sistem ve IMT Sıvılarının Kontrolü																															
Cihaz İç ve Dış Kısımlarında Sıvı Sızıntı Kontrolü																															
Numune, Dilüsyon ve Reaktif Problarının Hasar ve Kirlilik Açısından Kontrolü																															
Yıkama Problarının Hasar ve Kirlilik Açısından Kontrolü (Washer probes)																															
Bakımı Yapan Teknisyen																															

HAFTALIK BAKIM	1.Hafta	2.Hafta	3.Hafta	4.Hafta	5.Hafta
CH Weekly Maintenance (CH Haftalık Bakım)					
Lamba Soğutma Suyunun (Lamp Coolant)Kontrolü					
Dış Panel ve İç Yüzey Temizliği					
CH Küvetlerinin Vidalarının Kontrol Edilmesi					
Bakımı Yapan Teknisyen					

AYLIK BAKIM	
CH Hava Filterelerinin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi	
Numune, Dilüsyon ve Reaktif Problarının ve Prob Yıkama İstasyonlarının Temizlenmesi	
Reaktif Yükleyici, Delme Modülünün Temizlenmesi	
Mikser Uçlarının Temizlenmesi	
Yıkama Problarının Temizlenmesi (Washer Probes)	
Bakımı Yapan Teknisyen	

PERİYODİK BAKIM (4 AYDA BİR)	
Lamba Değişimi	
Dilüsyon Küvetlerinin Değişimi	

Reaksiyon Küvetlerinin Değişimi
Bakımı Yapan Teknisyen

GEREKTİĞİNDE YAPILACAK BAKIMLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sistem Sıvıları Çekmecesinin Temizlenmesi																															
Mikser İğnelerinin Değiştirilmesi																															
Numune, Dilüsyon ve Reaktif Problarının Değiştirilmesi																															
Yıkama Problarının Değiştirilmesi (Washer Probes)																															
Yıkama Probu Kurutucularının (Nozzle) Değiştirilmesi																															
WBA Solusyonunun Değiştirilmesi ve Reaksiyon Ringindeki Sıvının Boşaltılıp Tekrar Doldurulması																															
Bakım Yapan Teknisyen																															

YILLIK BAKIM
IMT Peristaltik Tubing Değişimi
Bakımı Yapan Teknisyen