1.AMAÇ:

Buhar sterilizatöründe steril olacak rulo – gazların kurallarını belirlemek

2.SORUMLU: Merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanları ,sterilizasyon kontrol hemşiresi

3.UYGULAMA

3.1. Sorumlu hemşire gaz bezi ihtiyacını belirler,sarf deposundan talep edilir ve temin edilir.

3.2. Ameliyathane deposundan istenir.

3.3. Gazlı bezler masa üzerinde rulo gaza uygun şekilde kesim yapılır.

3.4. Rulo gazlar sterilizasyon görevlileri tarafından katlanıp, yuvarlanır.

3.5. Rulo gazlar tek tek sterilizasyon ruloları ile paketlenir,içine indikatör konur.

3.6. Rulo gazlar sterilizasyon görevlisine teslim edilir.

3.7.Rulo gazlar etiketlenir,etiket üzerine üretim ve son kullanma tarihi yazılır.Sterilizasyona verilir.