1. Amaç

Bu talimatın amacı, c kollu röntgen cihazının kullanımına yönelik yöntem belirlemektir.

Kapsam

2.

Ameliyathanede kullanılmakta olan c kollu röntgen cihazının kullanımını kapsar.

3 . KISALTMALAR:

4 .TANIMLAR:

5 . SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından Radyoloji Ünitesi'nde görevli tekniker ve teknisyenler,

6 .FAALİYET AKIŞI:

Cihazın Açma:

- Monitör servis masasının bağlantı kablosu C- kollu sistemine bağlayınız.
- Elektrik kablosunu prize takınız
- C kollu sistemini monitör servis masasında açınız. Sistem ön yükleme yapar.
- İşletim esnasında, pencere monitör servis masasında bulunan PATIENT REGISTRATION (HASTA KAYDI) ikon tuşuna bakarak ta açılır.
- Hasta kaydı ve hasta ile ilgili bilgiler yazıldıktan sonra EXAM (muayene) tuşuna basılır.
- Hasta bilgileri kaydedilir
- Cihaz işlem yapmaya hazırdır.
- Uygun tıbbi uygulama programı seçilir.
- Seçilen işlem modu sembol olarak gösterilir
- C-kollunun hazır olduğu durum çubuğunda gösterilir.
- Sağ ayak ile basılarak floroskopi yapılır.
- Ana menüde Patient>Save LSH Scane tuşuna basılarak kaydedilir.
- Ana menüde Patient>End Exam tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.

Cihazı Kapama:

- C kollu sistemin sıfır konuma taşınması ve orada bırakılması gerekir.
- Tüm frenler kilitlenir.
- Üniteyi monitör servis masasında veya C-kollu sisteminden kapatınız.
- Görüntüleme sistemi uyku moduna geçirilir. Ekrandan OPTION > END SOFTWARE> SHOUT DOWN ile uyku moduna geçer.Tekrar işler hale gelmesi 45sn sürer.
- Kapatıldığında sistem kendini otomatik kapar. Tekrar açılması 3 dakika sürer.
- Monitör sevis masasının C- kollu ile bağlantısını kesiniz.
- Monitör servis masaının arkasındaki kabloları toplayınız.

- C-kollu taşınmaya hazırdır.

7 .İLGİLİ DÖKÜMANLAR: