(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
LİFOTRONIC HPLC H9 BAKIM ÇİZELGESİ FORMU

Doküman Kodu: LH.FR.044	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

AY / YIL : ..... / .....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GÜNLÜK																															
Atık Bidonunu Kontrol Ediniz. Gerekli ise Boşaltınız																															
Basınç Değerini Kaydediniz(MPA)																															
Filtre Sayısını Kontrol Ediniz ve Kaydediniz																															
Kolon Test Sayısını Kontrol Ediniz ve Kaydediniz																															
A,B,C ve L Solusyonlarının Seviyelerini ve Son Kullanma Tarihlerini Kontrol Ediniz																															
Printer Kağıdını Kontrol Ediniz																															
Kontrol Sonuçlarını ve Kromotogramı Kontrol Ediniz																															
AYLIK																															
HP Pump Cleaning Yapınız																															
Column Maintanance Yapınız																															
Sample Probe Cleaning Yapınız																															
GEREKTİKÇE																															
Kalibrasyon Yapınız																															
Filitreyi 1600 Testte Bir Değiştiriniz																															
Kolonu 6000 Testte Bir Değiştiriniz																															
Kullanıcı İsmi																															
YILLIK BAKIM																															
Yetkili Servis Tarafından Yapılır																															