1.0 AMAÇ: ..... Hastanesi bipolar koter cihazının doğru kullanımını sağlamak.

2.0 KAPSAM: Ameliyathane.

3.0 SORUMLULAR: Cihazı kullanan hekim ve birim sorumlusu.

4.0 UYGULAMA:

● Cihazın kablosunu 2200 walt topraklı pirize takılır.

● Cihazın ayak pedalı kablosunu, cihazın ön yüzündeki sağ alt girişe takınız ve cerrahın sağ ayağının altına yerleştiriniz.

● Cihazın sol tarafındaki açma düğmesine basarak çalıştırınız.

● Micro cerrahi yapılacaksa Micro düğmesine, Macro cerrahi yapılacaksaMacro düğmesine basınız.

● Cihaz ayak pedallı veya otomatik olarakta çalışmaktadır. Otomatik kullanılacaksa penset işaretli konuma, ayak pedalıyla çalışacaksa pedal işaretli konuma basılır.

● Bipolar koterin kablosu sağ üst girişe takınız.

● Ameliyat ekibinde olan kablo ucuna bipolar penset takılır. Cihaz kullanıma hazırdır.

● Cerrahın isteğine göre - ve + düğmeleriyle kademe kademe ayar yapılır. Hızlı yükseltilecekse 1-2-3-4 düğmeleri kullanılarak ayarlama yapılır.

İlgili Dokümanlar:

- Cihaz Kullanım Talimatı