1.) AMAÇ : Doku takibinin ve kesitinin kaliteli , düzgün olması için gerekli temizlik, bakım ve değişim aralıklarının belirlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

2.) KAPSAM:Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.) TALİMAT DETAYI:

4 .1 Doku Takip Solüsyonlarının Değişimi :

Laboratuvarımızda, doku takip solüsyonları, sorumlu teknisyen tarafından, hasta yoğunluğuna göre şu sıklıkta değiştirilmektedir:

Formaldehit : Her takipten önce değiştirilir.

Alkoller : Her takipten önce son alkol mutlaka temiz olacak şekilde ilk alkol dökülür ve alkoller bir ön sıraya kaydırılır.

Ksiloller : Hasta yoğunluğuna göre 2-7 günde bir ilk ksilol dökülür ve son ksilol mutlaka temiz olacak şekilde ksiloller bir ön sıraya kaydırılır.

Parafinler : Hasta yoğunluğuna göre 2-7 günde bir ilk parafin dökülür ve son parafin mutlaka temiz alacak şekilde parafinle bir ön sıraya kaydırılır.

Değişimler sorumlu teknisyen ve patoloji uzman hekimlerinin ortak kararı ile yapılır ve değişim *doku takip cihazı takip ve bakım formuna* işlenir.

4.2 Su Banyosu Suları Değişimi :

Laboratuvarımızda, her gün kesit işlemi yapacak olan teknisyen su banyosu suyunu dökerek gerekli temizliği yapar. Teknisyen havuzu tekrar temiz su ile doldurarak kesit işlemine başlar.

7.)İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

__ Doku Takip Cihazı Takip ve Bakım Formu (PAT.FR.02)