EKG CİHAZI KULLANIM TALİMATI	
Cihazı Adı	**: ASPEL ASCARD GREEN**
Cihazın Markası/Modeli	**: CE0-419**
Cihazın Seri Numarası	**: SN ….**
Cihazın Özellikleri	**: 12 DERİVASYONLU EKG**
Cihazın Kullanıldığı Birim: Acil Servis	
1	Açmak için “on” tuşuna basınız
2	Görüntüde parazit oluşumunu engellemek için “filter” tuşuna basınız
3	Derivasyonları ayarlamak için 1/3 numarasına basınız
4	Hastanın göğüs ve ektremite derivasyonlarını yerleştiriniz
5	Cihaz üzerinde “start” tuşuyla görüntüleme yapılır.
6	“Ok” tuşuna basarak yazdırma işlemini yapınız
7	İşlem bittikten sonra “of” tuşuna basarak kapatınız
8	
9	
10	