1. AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM :

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR: Ameliyat ve hastanede kullanılan steril malzemeleri hazırlamada kullanılan cihazdır.

5.SORUMLULAR : MSÜ Sorumlusu ve çalışanları.

6. TALİMAT DETAYI :

Cihazı açmadan önce cihaza **su** gelip gelmediği, **hava** 'nın olup olmadığı ve **elektriğin** olup olmadığı kontrol edilmeli.

Cihazın contasına **her gün mutlaka silikon sprey sıkıp** hafifçe üzerinden silinmeli. Her hangi bir sorun yoksa cihazın anahtarını çevirip cihaza enerji verilir.

Cihazın ekranında **HAZIR** olduğunu gösteren uyarı yazısı sonrası istenilen program ekrandan seçilerek cihaza başlama talimatı verilir.

Cihaza her gün mutlaka boş iken **Bowie Dick** Test yapılmalı.

Haftada en az bir defa **biyolojik indikatör** koyulup test sonucu kayıt altına alınmalı ancak impilat olan setlerde her çevrimde mutlaka biyolojik indikatör koyulmalı ve sonuç **kayıt altına alınmalı**.

Otoklav,ın **Kaçak Hava Testi 0.1 mbar/dk** ile **0. 8 mbar/dk** arası olması halinde **haftada bir kez** eğer test sonucu **0.9 mbar/dk** ile **1.1 mbar/dk** olması halinde **her gün** ancak **1.1 mbar/dk**,dan fazla olması halinde **cihaz kapatılıp yetkili servis çağrılır.**

7.) İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE FORMLAR :