1)AMAÇ: Cihazın doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2)KAPSAM: Biyokimya Laboratuvarı

3) KISALTMALAR:

4)TANIMLAR: Biyokimya Uzman Doktoru ,Laboratuvar Sorumlusu ve çalışanları

5) SORUMLULAR: Biyokimya Uzman Doktoru ,Laboratuvar Sorumlusu ve çalışanları

6)FAALİYET AKIŞI:

Hasta Çalışması :

- Numuneler uygun Rocklara konulur→cihaz ekranından Test başlatma tuşuna basılır.

Sonuçları Görme :

- Ekran ‘dan sonuçlar seçilir→Hasta numarası seçilerek sonuç incelenir.

Kontrol Çalışma :

- Kontrol rocklarına iki seviye kontrol verilir→Başlat tuşuna basılır

Kontrol sonuçlarının derğerlendirilmesi:

- Cihaz ekranından QC kontrole basılır→Kontrol sonuçları üzerine tıklanır.
- Westgrad kurallarına göre değerlendirme yapılır.

Kalibrasyon:

- Kalibratör uygun kalibratör rakına konulur→başlatma tuşuna basılır.

Reaktif ve Solüsyon dolumu:

- Cihaz ready konumunda iken biten reaktif ve solüsyonları değiştirilir.

Reset yapma :

- Ekran üzerinden Shatdown basılır.→Bilgisayar kasasından tekrar açılır.

LIS Bağlantısı koparsa:

- LIS bilgisayarından program açılır → kapatılır.

7)İLGİLİ DÖKÜMANLAR: