* Kan gruplama ve Çapraz karşılaştırma sistemi (Jel santrifügasyon - santrifüj- inkübatör- kart okuyucu ile) • Derin Dondurucu • Plazma eritme cihazı • Trombosit ajitatörü • Hortum kapatma cihazı • Kan saklama dolabı • Kit saklama dolabı • Kan nakil kutusu • Kan Alma Çalkalama Cihazı

Cihaz bakim ve kalibrasyonlar teknik servis tarafindan takip edilerek yapilir.

Firmalara ait cihazlarin arizasi durumunda ilgili firma ile iletigime geçilir.

Yeni üretimden gelerek kurulmus cihazlar için cihaz kurulumunu yapan teknik ekibin düzenledigi belge, imal tarihinden bir yil geçmis cihazlar için ise: Kalibrasyonu yapilan cihazlarin kalibrasyon etiketi bulunmaktadir

Transfüzyon mrtkezindeki tezgâh bankolar ile cihaz yüzeyleri düzenli olarak temizlenmelidir.

Bu amaçla sulandinilmis hipoklorit (sodyum hipoklorid; %5'lik ev tipi çamasir suyu) ya da benzer özelliklere sahip dezenfektan kullamilir. Yüzeyler, 1/50-1/100 oraninda sulandinilmis sodyum hipoklorit solüsyonu ile silinir. Cihaz üreticisinin bu konuda sinirlamasi ya da tavsiyesi yok ise cihazlarin dis yüzeyleri 1/50-1/100 oraninda sulandinlmis sodyum hipoklorit solüsyonu veya %70°lik alkol ile silinir. Hipoklorit solüsyonu ile dezenfeksiyon yapildiginda cihazin yüzeyi su ile tekrar silinerek durulanmalidir. Dezenfektan solüsyonu temizleme. kabinda hazirlanir. Durulama için ayri bir temizlik kabi kullanilir. Temizlik öncesi bez durulama kabinda islatilip sikilir daha sonra hipoklorit içeren solüsyona batinlip yüzey temizligi yapilir. Bez daha sonra tekrar durulama suyu ile temizlenip yukarida tanimlanan islem tekrarlanir. Kullanilan bezler islem öncesi ve sonrasi hipokloritli suda bekletilir ve gün sonunda temizlik arabasina konulur. Her temizlik için yeniden solüsyon hazirlanir.