1. AMAÇ: Cihazların doğru olarak ,amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM : Ameliyathane, Acil Servis,Yoğun Bakım, Diyaliz ve hastanede bulunan diğer birimlerde (Servis,Poliklinik, vb) kullanılan cihazlardır.

3. KISALTMALAR: Yok

4. TANIMLAR: Ameliyathane, Acil Servis,Yoğun Bakım, Diyaliz ve hastanede bulunan diğer birimlerde (Servis,Poliklinik, vb) kullanılan cihazlar hakkında kullanma klavuzunda yapılan tanımlamalar.

5. SORUMLULAR : Tüm birim ve servis sorumluları ve çalışanları.

6. FAALİYET AKIŞI :

Cihazların açmadan önce gözle kontrol edilip kırık,kopuk bir kısım olup olmadığı ve elektriğe dikkatlice bağlanmalı cihazda elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli.

Cihaz kullanım dışında olduğu süre boyunca fişi çıkartılmalı ve gereksiz elektrik sarfiyatına engel olunmalıdır.

Cihazların her gün mutlaka dezenfektanla hafifçe üzerinden silinmeli.

Her hangi bir sorun yoksa cihazın anahtarını çevirip cihaza enerji verilir.

Cihazların ekranında **HAZIR** olduğunu gösteren uyarı yazısı sonrası istenilen program ekrandan seçilerek cihaza başlama talimatı verilir.

Cihazın türüne kullanım amacına göre haftalık, aylık, 6 aylık veya yıllık kontrolleri yapılmalı ve **kayıt altına alınmalı**.

Cihazın türüne ve kullanım amacına göre haftalık,aylık,6 aylık veya yıllık olarak kalibrasyon işlemi yaptırılmalı.

Cihazla ilgili arıza durumunda cihaz arıza bildirim prosedürüne göre hareket edilmelidir.