1-AMAÇ : Buhar sterilizatöründe steril olacak kompres kurallarını belirlemek

2-SORUMLU: Sterilizasyon ünitesi .çalışanları ,sterilizasyon kontrol hemşiresi

3-UYGULAMA :

3.1. Gazlı bez depodan alınır.

3.2. Alınan gazlı bezler terziye verilir.

3.3. Terzi kompresi standart ölçülerde (Dört tarafı dikişli,ortası çarpmaz dikişli olmak üzere) diker.Sterilizasyon elemanına teslim eder.

3.4.Çamaşırhane yıkama işlemi yapıldıktan sonra gelenler temizlik kontrolü yapıldıktan sonra ikili olarak sterilizasyon rulolarına paketlenmek üzere hazırlanır.Kirli olanlar varsa çamaşırhaneye geri iade edilir ev tutanakla bildirilir.

3.5. Paket içine kimyasal indikatör konur.

3.6. Sterilizasyon ruloları kapatma makinesinde yapıştırılır.

3.7. Sterilizasyon görevlisine teslim edilir.

3.8. Kompresler etiketlenir, etiket üzerine üretim ve son kullanma tarihi yazılır. Sterilizasyona verilir.