1.AMAÇ: Cihazın doğru olarak, amacına uygun kullanılmasını sağlamaktır.

2.TANIMLAR: Sevk olan bebeklerde kullanılır.(Acil ağır vakalarda)

3.CİHAZ KULLANIMI:

a. Cihaz fişe takılır.Sürekli olarak şarjının dolu olması gerekir.
b. Bebek yatırılmadan önce kuvöz açma-kapama düğmesine basılır ve gerekli ısıya getirilir.Isı;36-37 derece olmalıdır.
c. Bebek kuvözün içine konur.
d. Orderdaki O2 miktarı ayarlanır.(makinenin üzerindeki düğmelerden)
e. Monitörden ısı ve oksijen düzey göstergeleri kontrol edilir.
f. Hasta kuvözün içinde ambulansa verilir.
g. Geri getirilen transport kuvöz teslim alındıktan sonra şarja konur.
h. Kuvöz temizlenip yeni bir vakaya her an için hazır olacak duruma getirilir.

İlgili Dokümanlar:

Cihaz Kullanım Klavuzu