1) AMAÇ: EKG cihazının kullanımının ve çekiminin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak

2) TALİMATI KULLANAN BİRİMLER Başhekim, Kalite Yönetim Temsilcisi, KYS içindeki tüm tıbbi hizmet çalışanları

3) TANIMLAR:

4.) TALİMAT DETAYI:

Hastaya yapılacak işlem anlatılır.

Sırtüstü düz bir muayene masasına yatırılır.

Göğsünü, el ve ayak bilekleri açılır. Bu esnada cilt kuru ve temiz olmalıdır.

Elektrotların bağlanacağı bölümlere jel sürülür.

Elektrotlar aşağıdaki şekilde hastaya bağlanılır.

Ekstremite Elektrotları:

a) Sarı elektrot (LA) - Sol el bileğine,

b) Kırmızı elektrot(RA) - Sağ el bileğine,

c) Siyah elektrot(RL) - Sağ ayak bileğine,

d) Yeşil elektrot(LL) - Sol ayak bileğine bağlanılır.

Prekordiyal Elektrotlar:

C1 kırmızı -Sağ 5.intercostal aralığa,

C2 sarı -Sol 5. intercostal aralığa,

C3 yeşil -5–6 arasına, sol

C4 kahve -Sol meme altına,

C5 siyah -Ön koltuk çizgisine

C6 mor -Orta koltuk çizgisine bağlanılır.

EKG çekerken hastanın kesinlikle hareket etmemesi sağlanılır.

Hastanın üzerinden metal saat, alet v.s. çıkartılır.

EKG definin açma düğmesine basılır.

Cinsiyet ve yaş ayarları ekranda yapılır.

Uygun görüntü alındığında yeşil düğmeye basılır.

EKG aletinin ekranında ' Analyzing please waiting ' yazısını görünce hasta çözülür.

EKG aletinden EKG çıktısı alınır.

Çıktının üzerine çekilme tarihi, hastanın adı-soyadı ve yaşı yazılır.

Cihazı açma-kapama düğmesinden kapatılır.

Yapılan işlemlerde herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşıldığında Birim Sorumlusuna/Teknik servise bilgi verilir. Tüm İşlemler bittiğinde alet temiz ve düzenli bir şekilde yerine bırakılır.

5.)İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

Periyodik bakım formu