AMAÇ:
..... Hastanesi Laboratuvar Ünitesinde kardiyak cihazının doğru ve verimli kullanımı.
KAPSAM:
Laboratuvar çalışanları
SORUMLULAR:
Laboratuvar Sorumlu Hekimi ve Laboratuvar Çalışanları
UYGULAMA:
Öncelikle kalibrasyon ve kontrol çalışılır.Cihaz istediğinde cleaning verilir.
Kontroller çalışıldıktan sonra, kit yükleme için analyzer status bölümünden consumable – insert replace- certuj ve kit yükleme yapılır., kapağı açılır barkod aşağı gelecek şekilde yüklenir accept tuşuna basılır. Cihaz istediğinde yıkama cleaning verilir. Troponin I 20 dk, BHCG 20 dk ‘ da CKMB 20 dk da sonuç çıkar ve onaylanır.
Test Çalışma:

Sample Manager ► Barkodu okut, tüpü yerleştir bölmeye, Run tuşuna bas.

Kalibrasyon:

- Anasayfa ► Calibration ► Calibrator setup ► Add Calibrator ► Barkodları sırayla okut.
- Anasayfa ► Sample Manager ► Rack ın barkod okut ► Test Request ► Request Calibration ► Kalibratörü seç ► Load Rock ► Run

İlgili Dokümanlar:
• Cihaz Kullanım Klavuzu