(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
İDRAR CİHAZI GÜNLÜK BAKIM KONTROL FORMU

Doküman Kodu: LH.FR.030	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 1

AY/YIL:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Laboratuvar Teknikeri																															
Otomatik günlük bakım																															
(Her 300 stripte çalışmasından sonra)																															
Dış kısmını ıslak bez ve deterjanla temizleme																															
Sabit platformu temizleme																															
Hareketli tablayı temizleme																															
Reaktif strip tutma plakasını temizleme																															
Dekontaminasyon İşlemi																															
(1/20 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu- 5ml çamaşır suyuna 95 ml su ile hazırla)																															
(Ekran üzerindeki solüsyonu yumuşak bir bez ile siliniz)																															
İtme çubuğu sürgüsü ve milin yağlanması																															