1.AMAÇ: Sterilizasyon ünitesine gelen Konsinye (Ödünç) set ve malzeme kullanımında dikkat edilecek konular ve temizlik, dekontaminasyon işlemlerinin standardize edilmesi.

2.KAPSAM: Firmalardan temin edilen, hastanenin stoğunda bulunmayan ve maliyeti yüksek olan ve ameliyatlarda kullanılan setler ve malzemelerdir.

Hasta güvenliği açısından bu malzemelerin hastanelerde tanımlanması ve kabul standartlarının oluşturulması gerekmektedir.

3.SORUMLULAR: Sorumlu ve Sterilizasyon Ünitesi görevlileri

4.UYGULAMA:

1. Konsinye setin kullanıma hazırlanması ve teslimi için minimum 2 iş gününe ihtiyaç vardır.
2. Dekontaminasyon standartlarına uygun dekontaminasyon yapılmalıdır.
3. Dekontamine edildiğinin yazılı beyanı olmalıdır.
4. Set listelerinin yazılı içeriği oluşturulmalıdır.
5. Dekontaminasyon, sterilizasyon ile ilgili süreç izlenmeli ve kayıtları tutulmalıdır.
6. Setin kullanım sonrası firmaya teslim edilmeden önce dekontaminasyon işlemleri yapılmalı ve raporları tutulmalıdır.
7. Firma tarafından getirilen malzemenin hastane satın alma departmanının onayından geçmelidir.
8. Konsinye setler planlanan ameliyatlara göre hastane tarafından firmadan istenir.
9. Ameliyat bitiminde de kullanılan malzemeler ve setler firmaya geri verilir.
10. Set içeriği ile ilgili yazılı bir liste olmalıdır,
11. Set içerisinde ameliyat için gereken zorunlu aletlerin olup olmadığı bilinmeli, Set içeriğindeki özel aletlerin kullanımı bilinmeli,
12. Firma elemanları deneyimli, sterilizasyon ve dekontaminasyon konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı,
13. Konsinye setlerinin içinde alet yedekleri bulunmalı,
14. Dekontaminasyon, kontrol ve sterilizasyon için yeterli zaman ayrılmalı,
15. Konteyner ağırlıkları standart ağırlığı geçmemeli,
16. Konteynerlar paketlenmeli
17. Firma elemanlarının ameliyata girmesi oda içindeki kişi sayısını ve enfeksiyon riskini arttırmamalı,
18. Firma elemanları kurum prosedürlerini öğrenmeli,
19. Süreçte aksaklıkların yaşanmasına neden olmamalıdır.