1.) AMAÇ:Cihazın doğru ve amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

2.) KAPSAM:Tüm laboratuvar çalışanlarını kapsar.

3.) TANIMLAR:

4.) KISALTMALAR:

5.) SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları

6.) TALİMAT DETAYI:

1- Ön kapakta çalıştırma panelindeki start düğmesine basılır..

2- Etüv sabit derecesi ayarlanır.

3- Parafin bloktan hazırlanan kesitler cihaza yerleştirilir.

4- 12 saat bekletilir.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

a) Patoloji Laboratuarı Proses Akış Şeması.