1) AMAÇ: Cihazın doğru ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

2) KAPSAM: Belirtilen markadaki nst cihazları

3) KISALTMALAR: NST= Non Stress Test

4) TANIMLAR: NST,28-42. Hafta arasında fetal sağlığın değerlendirilmesi amacı ile yapılır.

5) SORUMLULAR: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Doğum Salonu Ebe, Hemşire ve Doktorları

6) FAALİYETAKIŞI:

- NST Cihazının fişi prize takılı olarak bulundurulur.

- Açma kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

- NST Cihazında NST kağıdı bulunur.

- Anne yatağa alınır. Annenin bel hizasına iki adet NST kemeri serilir.

- NST Cihazının fetal kalp sesi probuna bir miktar jel dökülür bebeğin kalp atışlarının en net duyulduğu bölgeye yerleştirilir ve prob NST kemeri ile sabitlenir.

- NST Cihazının kontraksiyon probu anne karnına, gebenin aylık durumuna göre yerleştirilir ve prob NST kemeri ile sabitlenir.

- Yazıcı düğmesine basılarak NST kâğıdından çıktı alınır.

- Sorumlu Hekim tarafından NST sonucu kontrol edilir ve bulgulara göre hasta yönetimi yapılır.

!!! Testin ortalama süresi 20 dakikadır.

Cihazın Temizliği: Her defasında jel temizlenip, kuru bırakılarak; diğer kulanım için hazır tutulmalıdır.

7) İLGİLİDÖKÜMANLAR: