(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
EKK ENDOSKOPİ ÜNİTESİ DENETİM FORMU

DENETLENEN BİRİM:

DENETİM TARİHİ:

DENETLENEN:

DENETÇİLER:

		EVET	HAYIR
1	Gastroskopi ve kolonoskopi için uygulanan dezenfeksiyon işlemi ayrı hazırlanmış dezenfeksiyon kabı ve çözeltisi ile mi yapılıyor?		
2	Yüksek Düzey Dezenfektan kullanım talimatına uyuluyor mu?		
3	Yüksek Düzey Dezenfektan Solüsyonun hazırlama tarihi ve hazırlayan kişinin adı solüsyon kabının üzerine yazılıyor mu?		
4	Endoskobun yüzeyindeki kaba kir ve sekresyon dezenfeksiyon öncesi uzaklaştırılıyor mu?		
5	Çıkarılabilir tüm valfler sökülüp, fırçalanıyor mu?		
6	Organik kirlerin Endoskop üzerinde yapışıp kurumasını engellemek için kullanımdan hemen sonra temizleniyor mu?		
7	Endoskobun kanallarındaki kan ve organik atıkların uzaklaştırılması için basınçlı su ve takiben hava veriliyor mu?		
8	Hareket edebilen parçaları tüm pozisyonlara getirilip bol basınçlı su ile durulanıyor mu?		
9	Organik kirlerin Endoskop üzerinde yapışıp kurumasını engellemek için enzimatik deterjan solüsyonu kullanılıyor mu?		
	10 Dezenfektör cihazı rutin bakımı yapılmış mı?		
	11 Dezenfektör cihazı kalibrasyonu uygun mu?		
	12 Endoskop parçaları gün sonunda, takılmadan kurumayı kolaylaştırmak için dikey pozisyonda ve kontamisyonu engelleyecek şartlarda saklanıyor mu?		
	13 Ünite temizliği, ünitenin temizlik talimatına göre yapılıyor mu?		
	14 Endoskopik cihazların ön işlem, temizleme, durulama, yüksek düzey dezenfeksiyon, son durulama, kurulama ve saklama aşamalarına yönelik kurallar ulusal ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda tanımlanmalıdır. Uygun mu?		
	15 Endoskopik cihazların yüksek düzey dezenfeksiyonunun etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun fiziki koşullar sağlanmalıdır. Uygun mu?		
	16 Endoskopi ünitelerinde dezenfeksiyon işlemi için ayrılmış bir alan bulunuyor mu?		
	17 Odanın havası saatte 7-15 kez değiştirilmelidir.uygun mu?		
	18 Biri yıkama amaçlı kullanılmak üzere en az iki adet eviye bulunmalıdır. Ayrıca, elle dezenfeksiyonda sadece durulama için kullanılan ayrı bir eviyede olmalıdır.Uygun mu?		
	19 Eviyenin yapıldığı malzeme kimyasallara dayanıklı olmalı ve kolay temizlenebilmelidir.Uygun mu?		
	20 Eviye, bir endoskopu kordonlarıyla birlikte, zarar görmeden tam olarak alabilecek kadar büyük olmalıdır.(en az 42 cm). Uygun mu?		
	21 Eviyeye sıcak ve soğuk su akışı olmalıdır. Uygun mu?		
	22 El yıkama için ayrı bir lavabo bulunmalıdır. Uygun mu?		
	23 Kullanılan yüksek düzey dezenfektanın Minimum Etkin Konsantrasyonu (MEK) kontrol edilmelidir.		
	24 Dezenfektörler ile yapılacak olan endoskop dezenfeksiyonunda, dezenfeksiyon işlemine kadar olan temizleme basamaklarının tamamı uygulandıktan sonra endoskop dezenfektöre yerleştirilmelidir.		
	25 Dezenfektör döngüsü tamamlanmadan endoskop çıkarılmamalı, yapılan dezenfeksiyonda olduğu gibi kurulama ve saklama basamaklarının uygun şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.		

	26 Endoskoplar kurumaları için düşey pozisyonda asılmalı, kurutulduktan sonra temiz olarak muhafaza edilmelidir.		
	27 Endoskopik cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerini gerçekleştiren personel konu ile ilgili eğitim almış olmalıdır.		
	28 Kullanılan yüksek düzey dezenfektanın minimum etkin konsantrasyonu (MEK) control edilmelidir.		
	29 Dezenfektörlerileyapılacakolanendoskopdezenfeksiyonunda,dezenfeksiyon işlemine kadar olan temizleme basamaklarının tamamı uygulandıktan sonra endoskop dezenfektöre yerleştirilmelidir.		
	30 Dezenfektör döngüsü tamamlanmadan endoskop çıkarılmamalı,yapılan dezenfeksiyonda olduğu gibi kurulama ve saklama basamaklarının uygunşekildetamamlanmasısağlanmalıdır.		
	31 Endoskoplar kurumaları için düşey pozisyonda asılmalı, kurutulduktan sonra temizolarakmuhafazaedilmelidir		
	32 Endoskopikcihazlarıntemizlik,dezenfeksiyonvesterilizasyonişlemlerini gerçekleştiren personel konu ile ilgili eğitim almış olmalıdır		
	33 Kullanılan yüksek düzey dezenfektanın Minimum Etkin Konsantrasyonu (MEK) kontroledilmelidir.		
	34 Ünitede kullanılan aseptik solüsyonların kullanım süreleri ve SKT uygun mu?		
	35 Endoskopi ünitesi temizliği, temizlik planına uygun yapılıyor mu? Kayıt altına alınmış mı?		
	36 Temizlik odası düzenli mi? paspas tanımlayıcıları var mı?		
	37 Çalışanlar kesici –delici alet yaralanmalarında uygulanacak prosedürü biliyor mu?		
	38 Unitede çalışan sayısı kadar KKE var mı?		
	39 Temizlik personeli yere kan dökülürse yapılacak prosedürü biliyor mu?		

DENETÇİ KANAATİ