## 1. AMAÇ

Laboratuvarlarda çalışılan testlerle ilgili olarak yapılan iç ve dış kalite kontrol programlarının düzenlenmesidir.

## 2. KAPSAM

Laboratuvar birimini kapsar

## 3. SORUMLULAR

Laboratuvar çalışanları

## 4. FAALİYET AKIŞI

### 4.1. İÇ KALİTE

Mikrobiyoloji laboratuarında bulunan cihazların iç kalite kontrol çalışmaları firma tarafından belirtilen test prosedürlerine göre haftanın belirli bir günü Laboatuvar Teknikeri tarafından çalışılıp uzman doktor tarafından kontrol edililir. Beklenmedik durumlarda düzeltici iyileştirici faaliyet formu doldurularak konu hakkında üst yönetime bilgi verilir.

### 4.2. ELİZA-İÇ KALİTE

**Mikrobiyoloji laboratuarında bulunan cihazlar:**

Vitros-3600 Elisa, Sistat ESR-40 Sedimantasyon, Vitek-2 antibiyogram

| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞMABA | PERŞEMBE | CUMA |
|---|---|---|---|---|
| AHBS,<br>HBSAG,<br>HCV, HIV,<br>TOXOIGM, TOXOIGG, RUBIGM,<br>RUBIGG,<br>CMIGM,<br>CMVIGG,<br>HAVIGM,<br>HAVT,<br>AHBCIGM, AHBE,<br>HBEAG | HBSAG,<br>HCV,<br>HIV,<br>AHBS,<br>TOXOIGM, RUBIGM | HBSAG,<br>HCV,<br>HIV,<br>AHBS,<br>TOXOIGM,<br>RUBIGM | HBSAG,<br>HCV,<br>HIV,<br>AHBS,<br>TOXOIGM,<br>RUBIGM | HBSAG,<br>HCV,<br>HIV,<br>AHBS,<br>TOXOIGM,<br>RUBIGM |

### 4.3. SEDİMANTASYON- İÇ KALİTE:

Hafta içi her gün iki kontrol ve bir referans tüpüyle çalışılmaktadır.

### 4.4. VİTEK-2- İÇ KALİTE

Laboratuvarda bulunan kalite kontrol suşlarıyla ayda 1 kez çalışılmaktadır

****NOT: Hafta sonu kontrol çalışılmayacaktır.**