1.AMAÇ: Hastanemiz laboratuvarında kullanılmakta olan cihazların, kontrol serumuna , reaktife, kalibratöre, kalibrasyona, sarflara ve cihaza ait değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak.

2.KAPSAM : Laboratuvardaki tüm cihazlar.

3.SORUMLULAR : Laboratuvar Sorumlu Doktoru, Laboratuvar Teknisyenleri

4.UYGULAMA:
KONTROL SERUMUNA AİT DEĞERLENDİRMELER
1.Kontrol miadının uygunluğuna bakılmalı
2.Lot değişikliğine bakılmalı
3.Sulandırma zamanı belirlenmeli
4.Sulandırmanın uygunluğuna bakılmalı
5.Saklama koşulları uygun hale getirilmeli
6.Aynı kontrol serumu içinde ölçülen başka testlerde de bozulma olup olmadığı değerlendirilmeli
7.Kontrol serumu homojen karışıp karışmadığı control edilmeli
8.Diğer olası etkenler değerlendirilmeli
REAKTİFE AİT DEĞERLENDİRMELER
1.Reaktifin miadının uygunluğuna bakılmalı
2.Reaktifin cihaz üzerindeki kalış süresi uygunluğuna bakılmalı.
3.Reaktifin içinde kalan miktara bakılmalı
4. Diğer olası etkenler değerlendirilmeli
KALİBRATÖRE ve KALİBRASYONA AİT DEĞERLENDİRMELER
1.Son kullanılan kalibratörün miadının uygunluğuna bakılmalı
2.Son kalibrasyonun performansı değerlendirilmeli
3.Kalibratör lot değişikliğine bakılmalı
4. Diğer olası etkenler değerlendirilmeli
SARFLARA AİT DEĞERLENDİRMELER
1.Sarf ve solüsyonların miadı uygunluğuna bakılmalı
2.Sarf ve solüsyonların miktarı değerlendirilmeli.
3.Sarf/solüsyonların cihaz üzerindeki kalış süresinin uygunluğuna bakılmalı.
4.Saf su kalitesi uygunluğu değerlendirilmeli.
5.Diğer olası etkenler değerlendirilmeli
CİHAZA AİT DEĞERLENDİRMELER
1.Günlük bakımı yapılmalı.
2.Küvet temizliği yapılmalı
3.Prob tıkanıklığı kontrol edilmeli.
4.Pipetleme hatası kontrol edilmeli.
5.Alarm kontrol edilmeli.
6.Diğer olası etkenler değerlendirilmeli